

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA DZP.381.180.2012.DW

**ODPOWIEDZI NR 1
NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

dotyczy: postępowania nr DZP.381.180.2012.DW prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę generatora tranzystorowego i głowicy z układem oscylacyjnym.**

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Treść zapytań oraz odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego:

1. Pytanie Wykonawcy:

Wymagania techniczne:

„pkt.4 Napięcie wyjściowe 500 V- Czy napięcie mierzone jest przed transformatorem HF?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Napięcie ma być mierzone na wyjściu transformatora HF.

2. Pytanie Wykonawcy:

„Kable elastyczne wysokiej częstotliwości – 1 kpl.- Jakiej długości powinny być kable?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Długość kabli to około 1 metr.

3. Pytanie Wykonawcy:

„Jaka ma być maksymalna masa głowicy”

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie ma specjalnych wymagań. Masa około 15 kg.

4. Pytanie Wykonawcy:

„Jakie odczepy powinien mieć transformator”

Odpowiedź Zamawiającego:

Napięcie wyjściowe powinno być w zakresie 200-500 V.

5. Pytanie Wykonawcy:

„Rysunek/zakożenia do wzбудników.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Wzбудnik wykonany np. z rury miedzianej o fi zew 6 mm, uformowanej w walec o fi 40 mm i długości 60 mm. Wzbudnik chłodzony wodą. Przyłącza płaskie cynowane przykręcane śrubami do wyjścia głowicy.



* Wskazane przez Zamawiającego zdjęcie należy traktować jako przykładowe, podane Wykonawcy dla ułatwienia.

Na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 38 ust. 4a Ustawy Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następujący sposób:

W rozdziale VI (Miejsce i termin składania ofert; Termin związania ofertą) jest:

1. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice ul. Bankowa 12, pok. 69 III p., w terminie do dnia **04.12.2012** r. do godz. 09:30
2. Wykonawcy związani będą złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert, tj. do dnia **02.01.2013** r. włącznie.

W wyniku zmiany zapisów SIWZ powyższy zapis przybiera brzmienie:

1. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice ul. Bankowa 12, pok. 69 III p., w terminie do dnia **07.12.2012** r. do godz. 09:30
2. Wykonawcy związani będą złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert, tj. do dnia **05.01.2013** r. włącznie.

W rozdziale VIII (Tryb otwarcia ofert) jest:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.12.2012** r. o godz. 10:00 w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego Katowice, ul. Bankowa 12, pok. nr 61 III p.

W wyniku zmiany zapisów SIWZ powyższy zapis przybiera brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.12.2012** r. o godz. 10:00 w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego Katowice, ul. Bankowa 12, pok. nr 61 III p.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr Justyna Rutkowska- Zawada