

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA DZP.381.180.2012.DW

**ODPOWIEDZI NR 2
NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

dotyczy: postępowania nr DZP.381.180.2012.DW prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę generatora tranzystorowego i głowicy z układem oscylacyjnym.**

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Treść zapytań oraz odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego:

I. Pytanie Wykonawcy:

„Czy procedura przetargowa dopuszcza zaoferowanie generatora o mocy 10kW dostarczanej do wzbudnika i zakresie częstotliwości 150-400 kHz z wieloodczepowym (18 kombinacji połączeń) transformatorem HF umożliwiającym przeprowadzenie procesu lewitacyjnego topnienia materiałów magnetycznych i niemagnetycznych”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania generatora o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik 2A do SIWZ– opis przedmiotu zamówienia), zatem nie dopuszcza generatora o wskazanych przez Wykonawcę parametrach.

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr Justyna Rutkowska- Zawada