

Uczestnicy postępowania
nr RU/DW/02/12

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej lub równej równoważności kwoty 200 000 € na dostawę urządzeń kontrolno-pomiarowych (numer postępowania: RU/DW/02/12).

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), w związku z otrzymanym pytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz), jakie wpłynęło do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części B, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga dostawy rejestratorów z interfejsem i oprogramowaniem, o dokładności RH 3%, rozdzielczości RH0,1%?

Odpowiedź:

Z uwagi na fakt, iż w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2B do siwz) Zamawiający nie wskazywał, iż wymaga interfejsu, a jedynie wskazał na konieczność współpracy oferowanych rejestratorów z programatorem Zamawiający przyjął, iż poprzez "oprogramowanie" Wykonawca rozumie oprogramowanie do współpracy programatora z komputerem PC oraz, że przez "interfejs" Wykonawca rozumie programator (podstawkę) do rejestratora.

Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż nie wymaga interfejsu i oprogramowania rozumianych w wyżej określony sposób.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. POZOSTAŁE ZAPISY SIWZ NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

lic. Julia Kaczmarek
Przewodniczący Komisji Przetargowej