

**Uczestnicy postępowania
nr DZP.381.42.2012.UG**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ, ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr DZP.381.42.2012.UG o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 200.000 € na zrealizowanie usługi w zakresie demontażu oraz przeniesienia skanera mikrotomograficznego z Katowic wraz z zainstalowaniem w miejscu docelowym w Chorzowie.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę okresu rękojmi na okres równy okresowi gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający, w odpowiedzi na powyższe pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) – dalej: ustawa Pzp, dokonuje modyfikacji treści §7 ust. 8 załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór umowy) w następujący sposób:

zapis §7 ust. 8 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: Termin rękojmi jest równy okresowi gwarancji, o którym mowa w ust. 1 i rozpoczyna się w dacie podpisania przez *Zamawiającego* protokołu odbioru.

Załącznik nr 4 do siwz, wraz z uwzględnionymi zmianami Zamawiający przekazuje w załączeniu do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostarczenia kopii polisy ubezpieczeniowej urządzenia na czas jego transportu z momentu podpisania umowy na dzień transportu?

Wyjaśnienie: Polisa zawarta będzie na określony termin wykonania, który nie jest skonkretyzowany w umowie, a który będzie ustalany po jej podpisaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu przedłożenia polisy ubezpieczeniowej urządzenia na czas jego transportu na dzień podpisania protokołu przekazania urządzenia. Zamawiający, w odpowiedzi na powyższe pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 4 do SIWZ:

zapis §5 ust. 6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w chwili podpisania protokołu przekazania urządzenia, o którym mowa w §3 ust. 6, dostarczyć kserokopię polisy, o której mowa w ust. 5, poświadczoną

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz z dowodem jej opłacenia, tj. dowodem opłacenia całości składki lub wszystkich rat składki wymaganych do dnia przekazania polisy.

Załącznik nr 4 do siwz, wraz z uwzględnionymi zmianami Zamawiający przekazuje w załączeniu do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający jest pewny, że skaner mikrotomograficzny o który chodzi w niniejszym przetargu waży 1,5 tony?

Wyjaśnienie: według naszych informacji model skanera o którym mowa w SIWZ waży ok. 3 tony, co zmienia zupełnie wymagania względem środków do jego transportu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż nastąpiła omyłka a waga urządzenia wynosi 3 tony. Zamawiający, w odpowiedzi na powyższe pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

Rozdział I ust. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Urządzenie, które zostanie objęte przedmiotową usługą to skaner mikrotomograficzny GE Phoenix v/tome/x o wadze 3 tony; wymiary: 1,7/2,5/1,8 m.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 1A do SIWZ:

Pkt 7 otrzymuje brzmienie:

Oświadczamy, iż montaż i instalacja urządzenia polegać będzie na dokonaniu wszelkich czynności niezbędnych do funkcjonowania urządzenia, wraz z kontrolą dopuszczalnej dawki promieniowania rentgenowskiego z zachowaniem zasad wymaganych przez producenta, zgodnie z jego przeznaczeniem tak, aby urządzenie zachowało wszelkie cechy i właściwości umożliwiające jego pracę w nowym miejscu bez zmiany, w tym pogorszenia jego funkcjonalności.

Zamawiający przekazuje załącznik nr 1A do SIWZ z uwzględnioną zmianą.

W związku powyższym, zgodnie z dyspozycją art. 12a ustawy Pzp, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje następującej modyfikacji:

Rozdział II ust. 12 siwz otrzymuje brzmienie:

Nazwa i adres Wykonawcy

PRZETARG NIEOGRANICZONY – DZP.381.42.2012.UG
„Usługa w zakresie przeniesienia skanera mikrotomograficznego
z Katowic wraz z zainstalowaniem w miejscu docelowym w Chorzowie”
Nie otwierać przed dniem 04.09.2012r., godz. 11:00

Rozdział VI ust. 1 siwz otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, tj. Katowice, ul. Bankowa 12, III p., pok. 69, w terminie do **04.09.2012r. do godz. 10:30.**

Rozdział VIII ust. 1 siwz otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.09.2012r. o godz. 11:00** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, tj. Katowice, ul. Bankowa 12, III p., pok. nr 61.

Julia Kaczmarek
Przewodniczący Komisji Przetargowej