

Katowice dn. 18.03.2013 r.

UNIwersytet Śląski  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
ul. Bankowa 12,  
40-006 Katowice  
tel. (032) 359 19 24  
fax. (0-32) 359 20 48

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ**

**Uczestnicy postępowania nr DZP.381.13.2013.DW**

---

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (poniżej 200 000 €) pn. **„Dostawa urządzeń laboratoryjnych”**.

---

**I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej „Ustawą”, w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści SIWZ, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

**Treść zapytań oraz odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego:**

1. Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza elektrometr wyposażony w wyświetlacz 5 ½ cyfry?

*Odpowiedź Zamawiającego:* Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga wyświetlacz minimum 5 ½ cyfry- Załącznik nr 2B pkt. 15 do SIWZ.

2. Pytanie nr 2: Część I – wyparka rotacyjna . Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie obrotów od 20 do 190 rpm?

*Odpowiedź Zamawiającego:* Zgodnie z SIWZ.

3. Wyjaśnienia Zamawiającego są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

4. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
mgr Kalina Rożek