

Uniwersytet Śląski

ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
NIP 634-019-71-34
REGON 000001347

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Uczestnicy postępowania nr DZP.381.120.2012.DW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (poniżej 200 000 €) na „**Dostawa automatycznej płuczki mikroplytek – 1 szt.**”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej „Ustawą”, w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści SIWZ, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie Wykonawcy:

„Czy Zamawiający dopuści płuczkę o zakresie czasu odsysania 0-10 sek.?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na płuczkę, której czas odsysania będzie wynosił do 10 sek. gdyż ze względu na specyfikę prowadzonych badań wymagany jest dłuższy czas płukania poszczególnych dołków.

2. Pytanie Wykonawcy:

„ Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płuczki o następujących parametrach minimalnych,

- 1) Punkt 1- Pozostałość płynu po płukaniu nie więcej niż 6 µl**
- 2) Punkt 2- Czas odsysania maksymalnie 53 sekundy**
- 3) Punkt 4- Precyzja nie więcej niż +10% CV**
- 4) Punkt 10- Brak opcji wytrząsania**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza płuczki o parametrach minimalnych :

- 1. pozostałość płynu po płukaniu nie więcej niż 6 mikro litrów*
- 2. czas odsysania max 53 sek.*
- 3. precyzja nie więcej niż 10% CV*
- 4. brak opcji wytrząsania*

Wyjaśnienia Zamawiającego są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej
mgr Kalina Rożek