



**Uniwersytet Śląski**

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

NIP 634-019-71-34

REGON 000001347

### **III ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ**

#### **ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

#### **Uczestnicy postępowania nr DZP.381.113.2012.DW**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (powyżej 200 000 €) na **dostawę urządzeń laboratoryjnych**.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej „Ustawą”, w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści SIWZ, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Zapytanie do zadania nr 5**

Mikroskop „studencki” do prowadzenia obserwacji w polu jasnym – 9 szt. mikroskop dolnostolikowy przystosowany do EPI – fluorescencji – 5 szt., mikroskop dolnostolikowy do prowadzenia obserwacji w polu jasnym – 3 szt., kompletny zestaw oświetlenia do badań EPI – fluorescencyjnych – 5 szt., kolorowa kamera cyfrowa – 3 szt., aparat cyfrowy – body – 1 szt.

Część Mikroskop biologiczny dolnostolikowy do prowadzenia obserwacji w polu jasnym

#### **1. Pytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuszcza oświetlenie halogenowe 30W w zamian oświetlenia LED?

#### **1. Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

**2. Pytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuszcza oświetlenie LED inne niż wskazane w wymogu jeśli wykazemy, że pod względem jakości jest ono równoważne True Color LED? Wskazujemy na fakt, że określenie True Color LED jest zastrzeżoną nazwą własną jednego z producentów i nie może być stosowane przez innych oferentów.

**2. Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza oświetlenie diodami LED innymi niż True Color Led (które są podzespołem montowanym w różnych urządzeniach technicznych jak i przemysłowych), Wykonawca jest zobowiązany wykazać iż oferowane diody, inne niż te, których wymagał Zamawiający, posiadają nie gorsze lub lepsze parametry techniczne.

**Część kolorowa kamera cyfrowa**

**3. Pytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający wymaga zintegrowania kamery z oprogramowaniem CellSence i sterownikiem Twain, czy wystarczy z jednym z tych elementów?

**3. Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga zintegrowania kamery z oprogramowaniem CellScience, w taki sposób by możliwe było korzystanie z wszystkich funkcji oprogramowania i kamery.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego, a także wymaganym, minimalnym okresem między udzieleniem odpowiedzi a terminem składania ofert, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert.

W związku z powyższym, zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 i 4a) ustawy, zgodnie, z którymi w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zmienia treść SIWZ oraz zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

**Rozdział II ust. 12 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

*Nazwa i adres Wykonawcy*

**PRZETARG NIEOGRANICZONY – DZP.381.113.2012.DW**

**„Dostawa urządzeń laboratoryjnych”**

*Nie otwierać przed dniem 02.10.2012 r., godz. 10:00*



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

---

**Rozdział VI ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12, pok. 69 III p., w terminie do dnia **02.10.2012 r. do godz. 9:30**.

**Rozdział VI ust. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

Wykonawcy związani będą złożoną ofertą przez okres 60 dni od daty zakończenia terminu składania ofert tj. do dnia **30.11.2012 r. włącznie**.

**Rozdział VIII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.10.2012 r.** o godz. **10:00** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, tj. Katowice, ul. Bankowa 12, pok. nr 61 III p.

mgr Łukasz Motyka  
Przewodniczący Komisji Przetargowej