




KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIwersYTET ŚLĄSKI
W KATOWICACH

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt „GEOFUTURE – Geofizyka w gospodarce przyszłości” realizowany w ramach
Priorytetu IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

UStuŚ – Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany „Ochrona Środowiska”
Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

DZP.381.18.2013.DW

Katowice dn. 25.04.2013 r.

UNIwersYTET ŚLĄSKI

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Bankowa 12,

40-006 Katowice

tel. (032) 359 19 24

fax. (0-32) 359 20 48

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Uczestnicy postępowania nr DZP.381.18.2013.DW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (powyżej 200 000 €) pn. **„Dostawa urządzeń laboratoryjnych”**.

I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej „Ustawą”, w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści SIWZ, jakie wpłynęły do *Zamawiającego*, *Zamawiający* udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytań oraz odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego:

Pytania i odpowiedzi dotyczą części Cz. B- Suszarka laboratoryjna

1. Pytanie nr 1: Czy zamawiający dopuszcza wymiar wewnętrzny 390 mm (w SIWZ 330 mm)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza podanego wymiaru.

2. Pytanie nr 2: Czy zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne 570 x 765 mm (w SIWZ 480 x 680 mm)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza podanych wymiarów.

3. Pytanie nr 3: Czy zamawiający dopuszcza pojemność wynoszącą 66 litrów?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza podanej pojemności.



Projekt „GEOFUTURE – Geofizyka w gospodarce przyszłości” realizowany w ramach
Priorytetu IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

UStuŚ – Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany „Ochrona Środowiska”
Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

DZP.381.18.2013.DW

4. Pytanie nr 4 : Czy zamawiający dopuszcza wagę urządzenia wynoszącą 45 kg?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza podanej wagi.

5. Pytanie nr 5: Czy zamawiający dopuszcza moc maksymalną urządzenia wynoszącą 1000 W?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza podanej mocy.

6. Pytanie nr 6: Czy zamawiający dopuszcza maksymalną ilość półek wynoszącą 5 sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza podanej ilości półek.

7. Pytanie nr 7: Czy zamawiający dopuszcza urządzenie z wbudowanymi elementami grzewczymi w bocznych ścianach komory?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z wbudowanymi elementami grzewczymi w bocznych ścianach komory.

8. Wyjaśnienia Zamawiającego są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Kalina Rożek