



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt jest również współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

**CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA AKADEMICKA**

[www.ciniba.us.edu.pl](http://www.ciniba.us.edu.pl) lub [www.ciniba.ae.katowice.pl](http://www.ciniba.ae.katowice.pl)

**UNIWERSYTET ŚLĄSKI**  
**Dział Zamówień Publicznych**  
**ul. Bankowa 12**  
**40-007 Katowice**

Katowice, 15 listopada 2011r.

**Uczestnicy postępowania**  
**nr RU/DW/123/11**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

---

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 193 000 € na dostawę fumigacyjnej komory próżniowej (numer postępowania: **RU/DW/123/11**).

---

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), w związku z otrzymanymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający umożliwi demontaż rozpryskiwacza z czujnikiem ppoż, który jest umieszczony nad katalizatorem (w obecnej chwili uniemożliwia demontaż katalizatora)?

**Odpowiedź:**

Tak – Zamawiający umożliwi przeniesienie tryskacza z czujnikiem ppoż.

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający we własnym zakresie dokończy wykonanie instalacji czerpni powietrza oraz odprowadzania spalin z katalizatora (komin odprowadzający spaliny zgodnie z normą Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002r.)

**Odpowiedź:**

Zamawiający, w odpowiedzi na powyższe pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:  
Do opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do siwz) dodaje zapis o następującej treści:



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt jest również współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

### **CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA AKADEMICKA**

[www.ciniba.us.edu.pl](http://www.ciniba.us.edu.pl) lub [www.ciniba.ae.katowice.pl](http://www.ciniba.ae.katowice.pl)

Zamawiający zapewnia w pomieszczeniu następujące parametry wymiany powietrza oraz wyciągu spalin:

Wykonany przewód wyrzutowy gorących gazów z pomieszczenia dezynfekcji książek nie jest kominem w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r. z późniejszymi zmianami).

Przewód wykonany został z kształtek kominowych dwuściennych izolowanych. Przeznaczony jest do wyrzucania gorących gazów ponad dach budynku, przy założeniu, że przyłączane urządzenie będzie miało wentylator wymuszający ruch gazów w przewodzie.

Pomieszczenie komory dezynfekcyjnej wyposażone jest w:

- wentylację mechaniczną wywiewną zapewniającą 5 wymian/h, z podziałem odciągu: 80% z kratki wentylacyjnej umieszczonej 15 cm nad podłogą; 20 % z kratki wentylacyjnej umieszczonej 15 cm poniżej sufitu (wentylator wywiewny na dachu, powietrze kompensacyjne z magazynu książek),
- rurociąg odprowadzający gazy z katalizatora ponad dach,
- czerpnię powietrza (z kanału wyrzutowego wentylacji sanitarnej),
- doprowadzono do pomieszczenia wodę i umożliwiono odprowadzenie ścieków, zainstalowano umywalkę i armaturę do przemywania oczu.

Pomieszczenie kwarantanny akt wyposażono w wentylację mechaniczną wywiewną zapewniającą 5 wymian/h, z podziałem odciągu: 80% z kratki wentylacyjnej umieszczonej 15 cm nad podłogą; 20 % z kratki wentylacyjnej umieszczonej 15 cm poniżej sufitu (wentylator wywiewny na dachu, powietrze kompensacyjne z magazynu książek).

Wykonawca systemu dezynfekcji książek musi w swojej ofercie zapewnić współdziałanie systemu z zaprojektowanym wyposażeniem i zapewnić detekcję wypływu substancji niebezpiecznych a także sterowanie wentylacją. W pomieszczeniu przeznaczonym do instalacji komory rury czerpni powietrza oraz wylotu spalin zakończone są bezpośrednio przy ścianach.

Wszystkie dodatkowe elementy systemu wentylacyjnego oraz odprowadzenia spalin niezbędne do uruchomienia urządzenia powinny zostać dostarczone przez wykonawcę w ramach realizacji dostawy. W przypadku zaoferowania innego niż przyjęty w projekcie systemu dezynfekcji książek Wykonawca winien dostarczyć niezbędne materiały do wykonania adaptacji oraz wykonać tą adaptację, która wg jego oceny jest niezbędna do zgodnej z przepisami i sprawnej eksploatacji urządzenia.

**Pytanie 3:** Czy Zamawiający udostępni windę do transportu fragmentów urządzenia (maksymalna Waga poszczególnych elementów nie przekracza ~300 kg).

#### **Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający zobowiązuje jednak Wykonawcę do należytego zabezpieczenia transportowanych elementów nie powodującego uszkodzeń windy.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt jest również współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

**CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA AKADEMICKA**

[www.ciniba.us.edu.pl](http://www.ciniba.us.edu.pl) lub [www.ciniba.ae.katowice.pl](http://www.ciniba.ae.katowice.pl)

W związku z powyższymi odpowiedziami oraz zmianą wprowadzoną do treści opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 38 ust. 6 ustawy dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

Rozdział II ust. 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Nazwa i adres Wykonawcy

PRZETARG NIEOGRANICZONY - RU/DW/123/11

„Dostawa fumigacyjnej komory próżniowej”

*Nie otwierać przed dniem: 02.12.2011r., godz. 11:00*

Rozdział VI ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, tj. Katowice, ul. Bankowa 12, III p., pok. 69, w terminie do **02.12.2011r. do godz. 10:30**.

Rozdział VIII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.12.2011r. o godz. 11:00** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, tj. Katowice, ul. Bankowa 12, III p., pok. nr 61.

**POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. POZOSTAŁE ZAPISY SIWZ NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.**

**lic. Julia Kaczmarek**  
Przewodniczący Komisji Przetargowej