

Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
NIP 634-019-71-34
REGON 000001347

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
Uczestnicy postępowania nr DZP.381.151.2012.DW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (poniżej 200 000 €) pn. „Dostawa wag laboratoryjnych” nr rej.: **DZP.381.151.2012.DW**

I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej „Ustawą”, w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści SIWZ, jakie wpłynęły do *Zamawiającego*, *Zamawiający* udziela następujących wyjaśnień:

1. **Pytanie Wykonawcy:**

1. **Czy *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi z jednym odważnikiem kalibracyjnym?**

Odpowiedź *Zamawiającego*:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wagi z jednym odważnikiem kalibracyjnym.

2. **Czy *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi z szalką o wymiarze Ø 85 mm?**

Odpowiedź *Zamawiającego*:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wagi z szalką o wymiarze fi 85mm.

3. **Czy *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi z zakresami ważenia 82/220g?**

Odpowiedź *Zamawiającego*:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wagi z zakresami ważenia 82/220g.

4. **Czy *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi z parametrem liniowości w pierwszym zakresie na poziomie +/- 0,06 mg?**

Odpowiedź *Zamawiającego*:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wagi z parametrem liniowości w pierwszym zakresie na poziomie +/- 0,06 mg .

5. **Proszę o wyjaśnienie co *Zamawiający* rozumie przez rozładowanie przedmiotu zamówienia. Czy waga może zostać dostarczona na wskazane miejsce przez kuriera?**

Waga jest niemal gotowa do pracy po wyjęciu z pudełka. Po dokładnym sprawdzeniu wagi przez Państwa, w przypadku problemów waga jest również odbierana przez kuriera.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przez określenie „rozładowanie przedmiotu” *Zamawiający* rozumie dostawę wagi pod adres wskazany w Specyfikacji.

Waga może zostać dostarczona przez kuriera, ale na odpowiedzialność *Wykonawcy*. W czasie dostarczenia przedmiotu zamówienia przez kuriera musi być obecny przedstawiciel *Wykonawcy*, odpowiedzialny za transakcję sprzedaży wagi. Przedstawiciel *Wykonawcy* musi przekazać *Zamawiającemu* niezbędne dokumenty. *Zamawiający* musi być wcześniej poinformowany o dacie i godzinie dostarczenia towaru. Sprawdzenie wagi odbywa się w obecności *Wykonawcy*, zgodnie z §3 wzoru umowy.

II. Wyjaśnienia *Zamawiającego* są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
mgr Kalina Rożek