

Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
NIP 634-019-71-34
REGON 000001347

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
Uczestnicy postępowania nr DZP.381.151.2012.DW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (poniżej 200 000 €) pn. „Dostawa wag laboratoryjnych” nr rej.: **DZP.381.151.2012.DW**

- I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej „Ustawą”, w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści SIWZ, jakie wpłynęły do *Zamawiającego*, *Zamawiający* udziela następujących wyjaśnień:

Pytania Wykonawcy:

1. Prosimy o wykreślenie zapisu z pkt. Nr 7, ponieważ wskazana waga DV 215 CDM nie posiada na wyświetlaczu „wskaźnika pozostałego zakresu”?

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający* nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu pkt. Nr 7.

2. Czy *Zamawiający* wymaga, aby wagę dostarczyć z zestawami do wyznaczania gęstości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze Specyfikacją waga powinna umożliwić określenie gęstości, więc dodatkowy zestaw do jej wyznaczania nie jest potrzebny.

- II. Wyjaśnienia *Zamawiającego* są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
mgr Kalina Rożek