



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIwersytet ŚLĄSKI  
W KATOWICACH

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt „GEOFUTURE – Geofizyka w gospodarce przyszłości” realizowany w ramach  
Priorytetu IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

---

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

---

UStuŚ – Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany „Ochrona Środowiska”  
Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

---

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

---

**DZP.381.18.2013.DW**

Katowice dn. 07.05.2013 r.

**UNIwersytet ŚLĄSKI**

**DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**ul. Bankowa 12,**

**40-006 Katowice**

**tel. (032) 359 19 24**

**fax. (0-32) 359 20 48**

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ II**

### **Uczestnicy postępowania nr DZP.381.18.2013.DW**

---

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (powyżej 200 000 €) pn. **„Dostawa urządzeń laboratoryjnych”**.

---

**I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej „Ustawą”, w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści SIWZ, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

#### **Treść zapytań oraz odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego:**

##### **Pytania i Odpowiedzi dotyczą części Cz. B- Suszarka laboratoryjna**

1. **Pytanie nr 1:** Czy zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia z zakresem temperaturowym od 30 do 250C czy od 30 do 300C?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia z zakresem temperaturowym od 30 do 250C z opcją podniesienia temperatury do 300.

2. **Pytanie nr 2:** Czy zamawiający wymaga dostarczenia 2 sztuk pótek czy 4 sztuk pótek?


**Odpowiedź Zamawiającego:** Zgodnie z SIWZ Zamawiający dopuszcza dostarczenie 4 sztuk pótek.



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

  
**UNIwersYTET ŚLĄSKI**  
W KATOWICACH

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt „GEOFUTURE – Geofizyka w gospodarce przyszłości” realizowany w ramach  
Priorytetu IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

---

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

---

*UStuŚ – Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany „Ochrona Środowiska”*  
Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

---

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

---

## **DZP.381.18.2013.DW**

3. Pytanie nr 3 : Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 8 tygodni?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu dostawy.

4. Wyjaśnienia Zamawiającego są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Kalina Rożek