

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Bankowa 12,
40-006 Katowice
tel. (032) 359 19 24
fax. (0-32) 359 20 48

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ/ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Uczestnicy postępowania nr DZP.381.13.2013.DW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (poniżej 200 000 €) pn. **„Dostawa urządzeń laboratoryjnych”**.

I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej „Ustawą”, w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści SIWZ, jakie wpłynęły do *Zamawiającego*, *Zamawiający* udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytań oraz odpowiedzi udzielonych przez *Zamawiającego*:

Pytania i Odpowiedzi dotyczą części Cz. G- Konfokalny spektrometr romanowski

1. Pytanie nr 1: SIWZ ust. I pkt. 6 ppkt 6)

Obecny zapis: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć instrukcję w języku polskim.

Prosimy o zmianę na : Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć instrukcję obsługi urządzenia w języku polski lub angielskim.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dostarczenie instrukcji obsługi w języku angielskim.

2. Pytanie nr 2: SIWZ ust. I pkt. 6 ppkt 8)

Obecny zapis: Czas naprawy gwarancyjnej 14 dni.

Prosimy o zmianę na : Czas naprawy gwarancyjnej 14 dni lub w terminie ustalonym przez strony.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza czas naprawy gwarancyjnej inny niż 14 dni- termin ten musi być każdorazowo pisemnie ustalony przez Strony.

3. Pytanie nr 3 : SIWZ ust. I pkt. 17

Obecny zapis: Rozliczenia finansowe dokonywane między *Zamawiającym*, a *Wykonawcą* dokonywane będą w polskich złotych (PLN)

Prosimy o zmianę na : Rozliczenia finansowe dokonywane między *Zamawiającym*, a *Wykonawcą* dokonywane będą w polskich złotych (PLN) lub w euro (EUR).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza rozliczenie finansowe w euro.

4. Pytanie nr 4 : Załącznik nr 3 do SIWZ nr. DZP.381.13.2013.DW, Umowa §7 ust. 2. pkt 1) i 2)

Obecny zapis: *Wykonawca* zapłaci *Zamawiającemu* kary umowne:

- 1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w spełnieniu świadczenia, dla którego *Zamawiający* lub Strony ustaliły termin realizacji – w wysokości 0,2 % wartości urządzenia, którego dotyczy opóźnienie;

DZP.381.13.2013.DW

- 2) z tytułu dostarczenia urządzenia z wadą – w wysokości 10% ceny tego urządzenia wskazanej w ofercie *Wykonawcy*.

Prosimy o zmianę na : *Wykonawca* zapłaci *Zamawiającemu* kary umowne:

- 1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w spełnieniu świadczenia, dla którego *Zamawiający* lub Strony ustaliły termin realizacji – w wysokości 0,2 % wartości urządzenia, którego dotyczy opóźnienie, jednak nie więcej niż 5,0%
- 2) z tytułu dostarczenia urządzenia z wadą – w wysokości 5% ceny tego urządzenia wskazanej w ofercie *Wykonawcy*.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian dot. kar umownych.

5. **Pytanie nr 5:** Czy Zamawiający dopuszcza aby elementy urządzenia były elementami demonstracyjnymi (używanymi np. do prezentacji na konferencjach naukowych)?

Zaznaczamy przy tym iż mowa jest o elementach w pełni sprawnych niez użytych, na które udzielony będzie wymagany okres gwarancji.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) wyposażenie przyrządu w elementy demonstracyjne (np. używane do demonstracji na konferencjach naukowych). Mogą to jednak być tylko elementy mechaniczne konstrukcji, a nie optyczne takie jak laser, filtry optyczne, detektor, optyka monochromatora.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następujący sposób:

1. W rozdziale I Przedmiot zamówienia pkt. 6 ppkt 6) jest:

„*Wykonawca* jest zobowiązany dostarczyć instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim.”

W wyniku zmiany zapisów SIWZ powyższy zapis przybiera brzmienie:

„*Wykonawca* jest zobowiązany dostarczyć instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć instrukcję obsługi urządzenia w języku polski lub w języku angielskim- dot. części G Konfokalny spektrometr romanowski”

- 1.1. **W związku z powyższym zmianie ulega zapis §3 ust. 5 wzoru Umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.**

Jest : ”Informacje i dokumenty, o których mowa w art. 546 K.C., w szczególności karty gwarancyjne i instrukcje obsługi, *Wykonawca* przekaże *Zamawiającemu* wraz z urządzeniem. Dokumenty te winny być sporządzone w **języku polskim**”

Powinno być : „Informacje i dokumenty, o których mowa w art. 546 K.C., w szczególności karty gwarancyjne i instrukcje obsługi, *Wykonawca* przekaże *Zamawiającemu* wraz z urządzeniem. Dokumenty te winny być sporządzone w **języku polskim** lub angielskim.¹” (dot. instrukcji obsługi w części G)

2. W rozdziale I Przedmiot zamówienia pkt. 6 ppkt 8) jest: „, Czas naprawy gwarancyjnej -14 dni.”

W wyniku zmiany zapisów SIWZ powyższy zapis przybiera brzmienie:

„Czas naprawy gwarancyjnej -14 dni.

Czas naprawy gwarancyjnej 14 dni lub w terminie ustalonym przez Strony- dot. części G Konfokalny spektrometr romanowski”

3. W rozdziale I Przedmiot zamówienia pkt. 17 jest: „,Rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym, a *Wykonawcą* dokonywane będą w polskich złotych (PLN)”

¹ Dot. części G

DZP.381.13.2013.DW

W wyniku zmiany zapisów SIWZ powyższy zapis przybiera brzmienie:

„Rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN).

Rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN) lub w euro (EUR). - dot. części G Konfokalny spektrometr romanowski.”

4. W rozdziale VI (Miejsce i termin składania ofert. Termin związania ofertą.) jest:

Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice ul. Bankowa 12 pok. 69, w terminie do dnia 22.03.2013r. do godz.09³⁰.

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert tj. do dnia 20.04.2013r. włącznie.

W wyniku zmiany zapisów SIWZ powyższy zapis przybiera brzmienie:

Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice ul. Bankowa 12 pok. 69, w terminie do dnia 26.03.2013r. do godz.09³⁰.

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert tj. do dnia 24.04.2013r. włącznie.

5. W rozdziale VIII (Tryb otwarcia ofert) jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2013r. o godz. 10⁰⁰ w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego 40-007 Katowice ul. Bankowa 12, pok. 61.

W wyniku zmiany zapisów SIWZ powyższy zapis przybiera brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2013r. o godz. 10⁰⁰ w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego 40-007 Katowice ul. Bankowa 12, pok. 61.

6. Zamawiający koryguje numerację SIWZ w następujący sposób:

Jest :

„pkt. 9. Wymagania dotyczące wadium:”

Powinno być :

„rozd. V. Wymagania dotyczące wadium:”

7. Wyjaśnienia Zamawiającego są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

8. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

W załączeniu:

- ujednolicona SIWZ

- ujednolicony zwr umowy

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Kalina Rożek