

UNIwersytet Śląski  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
ul. Bankowa 12,  
40-006 Katowice  
tel. (032) 359 19 24  
fax. (0-32) 359 20 48

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ**  
**Uczestnicy postępowania nr DZP.381.78.2013.DW**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (poniżej 200 000 €) pn. **„Dostawa konfokalnego spektrometru ramanowskiego”**.

I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej „Ustawą”, w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści SIWZ, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Treść zapytań oraz odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego:**

1. Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne wprowadzenie zmiany przez Zamawiającego w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 1)d- czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stolika o następujących cechach:

d) Stolik umożliwiający badanie próbek o rozmiarach do 120 mm w osiach x i y i do 25 mm w osi z, lub większych, umożliwiających przesuw próbki o co najmniej 25mm w osiach x i y z precyzją przy ustawieniu ręcznym lepszym niż 1 µm”?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza stół o precyzji ustawień ręcznych mniejszych niż 1 mikrometr.

2. Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający zakłada możliwość rozbudowy aparatu o elementy wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia zawartego w poprzednim przetargu na spektrometr ramanowski DZP.381.13.2013.DW, w którym braliśmy udział, a który nie został rozstrzygnięty.

Między innymi:

- dodatkowe lasery wzbudzające
- pomiarowej sondy światłowodowej
- kolejne siatki dyfrakcyjne
- stolika automatycznego
- systemu umożliwiającego obrazowanie próbki bez konieczności ruchu stolika z próbką
- montażu kolejnych specjalizowanych obiektywów

**Odpowiedź Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza i zakłada możliwość rozszerzenia spektrometru o dodatkowe lasery, obiektywy, siatki dyfrakcyjne, stół automatyczny.

3. Wyjaśnienia Zamawiającego są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Kalina Rożek