



Katowice dn. 27 kwietnia 2012 r.

Uniwersytet Śląski

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

NIP 634-019-71-34

REGON 000001347

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Uczestnicy postępowania nr DZP.381.15.2012.DW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (powyżej 200 000 €) na **dostawę urządzeń laboratoryjnych**.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej „Ustawą”, w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści SIWZ, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie Wykonawcy:

Pytanie do części 12 pkt 4

W pkt 4 wymagań technicznych opisujących stół wagowy jednostanowiskowy, napisano: „baza wagowa z konglomeratu kwarcowo – granitowego 450 x 450 mm. Każda firma posiadająca w swojej ofercie wagi, posiada również stoły antywibracyjne dostosowane wymiarowo do oferowanych wag. Tak też jest w tym przypadku, mianowicie stół oferowany przez nas będzie spełniał warunki opisane w SIWZ jednocześnie będzie dopasowany do oferowanej przez nas wagi. Jediną różnicą jest rzeczony wymiar kamienia. Czy zatem Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wagowego o wymiarach konglomeratu kwarcowo – granitowego 410 x 270 x 115 mm (dł. X szer. x wys.) ?



1. Odpowiedź Wykonawcy:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu wagowego o wymiarach konglomeratu kwarcowo-granitowego 410x270x115mm (długość x szerokość x wysokość).

2. Pytanie Wykonawcy:

Część 60 Naczynia Dewara – 2 szt. (Fizyka B – 14, poz. 112)

Czy Zamawiający dopuszcza zbiorniki o następujących parametrach?

L.p. 1.

Pojemność 33,6 litra

Średnica szyjki 50 mm, wyparowanie do 0,09 litra/24h.

Statyczne wyparowanie nie mniej niż 350 dni.

Wysokość 660 mm, średnica 468 mm.

Naczynie na 6 kanistrów \varnothing 38 x 280 mm

L.p. 2

Pojemność 37 litrów

Średnica szyjki 80 mm, wyparowanie do 0,15 litra/24h

Statyczne wyparowanie nie mniej niż 245 dni.

Wysokość 715 mm, średnica 468 mm.

Naczynie na 6 kanistrów \varnothing 67 x 280 mm

Powyższe informacje są niezbędne, aby opisać przedmiot zamówienia w sposób określony w art. 29 i 30 Ustawy.

2. Odpowiedź Wykonawcy:

Zamawiający nie dopuszcza zbiorników o parametrach zaproponowanych przez Wykonawcę.

Wyjaśnienia Zamawiającego są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej „Ustawą” zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:

W załączniku nr 3 do SIWZ – wzorzec umowy, przypis nr 5 w ramach §3 ust. 1, pkt 1) lit. b) przyjmuje następujące brzmienie:

*Dotyczy dostawy urządzeń w ramach: części nr 3 (w zakresie urządzeń o numerze indeksu 1000034198, 1000034200, 1000034202), 4 (w zakresie urządzeń o numerze indeksu 1000034089, 1000034104, 1000034223), 5 (w zakresie urządzeń o numerze indeksu 1000034017, 1000034227), 9 (w zakresie urządzeń o numerze indeksu 1000034082, 1000034088, 1000034101, **1000034195**), 10 (w zakresie urządzenia o numerze indeksu 1000034235), 12 (w zakresie urządzeń o numerze indeksu 1000034032, 1000034033, 1000034034, 1000034035), 14 (w zakresie urządzeń o numerze indeksu 1000034055, 1000034063, 1000034081, 1000034085, 1000034086, 1000034109), 16 (w zakresie urządzenia o numerze indeksu 1000034234), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.*

Pozostałe zapisy treści SIWZ nie ulegają zmianie.

W załączeniu wzór umowy po zmianach.

Samodzielny Referent
mgr Łukasz Motyka
Przewodniczący Komisji Przetargowej