



Katowice, dnia 05.10.2018r.

UNIwersYTET ŚLĄSKI
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Bankowa 12,
40-007 Katowice
tel. (032) 359 19 24,
fax. (0-32) 359 20 48
L.dz. DZP.381.102.2018.DW

Wyjaśnienia treści SIWZ II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia poniżej 221.000 euro, pn. „Dostawa inkubatora z wytrąsaniem nr spr. DZP.381.102.2018.DW.

I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. **Pytanie Wykonawcy nr 1:** Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego średnica ruchu wynosi 19,1 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) urządzenie, którego średnica ruchu wynosi 19,1 mm.

2. **Pytanie Wykonawcy nr 2:** Czy Zamawiający dopuści urządzenia o wymiarach: szerokość: 440mm, głębokość 785mm, wysokość 510mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuści urządzenia o wymiarach: szerokość: 440mm, głębokość 785mm, wysokość 510mm.

II. Odpowiedź Zamawiającego jest wiążąca i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

mgr Justyna Rutkowska- Zawada
Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

mgr Kalina Rożek
Przewodniczący Komisji Przetargowej