



Katowice, dnia 05.10.2018r.

**UNIwersYTET ŚLĄSKI**  
**DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**  
ul. Bankowa 12,  
40-007 Katowice  
tel. (032) 359 19 24,  
fax. (0-32) 359 20 48  
L.dz. DZP.381.102.2018.DW

### Wyjaśnienia treści SIWZ III

---

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia poniżej 221.000 euro, pn. „Dostawa inkubatora z wytrząsaniem nr spr. DZP.381.102.2018.DW.

---

**I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

1. **Pytanie Wykonawcy nr 1:** Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem z zakresem regulacji temperatury +5°C pow. temp. otoczenia do + 70°C?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Tak. Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem z zakresem regulacji temperatury +5°C pow. temp. otoczenia do + 70°C.

2. **Pytanie Wykonawcy nr 2:** Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem z zakresem kontroli temperatury+5°C pow. temp. otoczenia do +70°C?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Tak. Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem z zakresem kontroli temperatury+5°C pow. temp. otoczenia do +70°C.

**II. Odpowiedź Zamawiającego jest wiążąca i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.**

*mgr Justyna Rutkowska- Zawada*  
*Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej*

*mgr Kalina Rożek*  
*Przewodniczący Komisji Przetargowej*