



Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunku chemia ZLAB” realizowany w ramach
Priorytetu IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

Katowice, 08.10.2013r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

**„DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH”
nr sprawy DZP.381.118.2013.DW**

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczący w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej także ustawą Pzp), w związku z tym, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający postanawia udzielić wyjaśnień.

PYTANIE 1 Wykonawcy:

Dotyczy części „J”: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pompy próżniowej bezolejowej o maksymalnym poborze mocy 190W przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

ODPOWIEDŹ Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy próżniowej bezolejowej o maksymalnym poborze mocy 190W przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

Uwaga!: POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:
mgr Ewa Słowik

Przewodniczący Komisji Przetargowej:
mgr Aneta Szturc-Krawczyk