



---

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

---

Katowice, 10.01.2012r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:  
**„Dostawa urządzeń laboratoryjnych – wyposażenie pracowni analiz instrumentalnych”**

**nr sprawy RU/DW/175/11**

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**PYTANIE 1:**

Poz. 17 Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie wirówki zakres obrotów: 100-14680 obr/minutę, pojemność 24x2 ml?

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający dopuszcza się wirówkę o podanym zakresie obrotów i pojemności.**

**PYTANIE 2:**

Poz. 20 Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie chłodziarko-zamrażarki o następujących parametrach: pojemność brutto (chłodziarka/zamrażarka\_ -254/107 L, Wymiary zew. W mm (szer./głęb./wys): 600/615/2000 Zużycie energii – 1,8kWh/24h, Układ chłodzenia chłodziarka – dynamiczny, Układ chłodzenia zamrażarka – statyczny, Odszranianie chłodziarka- automatyczne, Odszranianie zamrażarka –manualne, Zakres temperatury chłodziarka- od +3st.C do +8st.C, zakres temperatury zamrażarka – od-9st.C do -30st. C, wskaźnik temperatury- zewnętrzny cyfrowy, obudowa biała, wnętrze z tworzywa. Drzwi pełne z samodomykaczem, Sterowanie elektroniczne, Alarm dźwiękowy i optyczny, chłodziarka – 4 ruszty druciane powlekane; nośność do 60 kg/1 półka, zamrażarka – 3 szuflady; nośność do 40 kg/1 szuflada, kl. klimatyczna – SN-ST czynnik chłodniczy – R 600.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający dopuszcza chłodziarko-zamrażarkę o powyższych parametrach.**

**PYTANIE 3:**

Poz. 25 Jaki typ elektrody jest wymagany Sentix 41 czy 81?

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający dopuszcza Sentix 41.**

**Uwaga! WYJAŚNIENIA WPROWADZONE NINIEJSZYM PISMEM SĄ DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr Aneta Szturc-Krawczyk