

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA DZP.381.132.2012.DW

**ODPOWIEDZI NR 1
NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

dotyczy: postępowania nr DZP.381.132.2012.DW prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę wirówki z rotorem.**

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Treść zapytań oraz odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego:

1 Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający uzna wirówkę o następujących parametrach jako równoważną do opisanej w SIWZ:

- *wskaźnik złego wyważenia rotora (automatyczne zatrzymanie wirówki i/oraz ostrzeżenie BAL? na wyświetlaczu),*
- *czytelny jednoliniowy wyświetlacz LED,*
- *wymiary zewnętrzne wys. 27 x szer. 33x głęb. 46 cm,*
- *programator czasu 1-99 min. (z krokiem od 15 sekund do 5 minut) i praca ciągła,*
- *regulowana prędkość wirowania od 500-6000 obr/mm (z krokiem 10 obr/min)*

Opis rotora:

- *rotor 6 x 50 ml dla probówek o wymiarach 29x115mm*

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający uzna wirówkę o wskazanych powyżej parametrach jako równoważną do opisanej w SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr Justyna Rutkowska- Zawada