

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

- I. Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę termomiksera wraz z termoblokiem wymiennym.
- II. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawa Zamówień Publicznych, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.
- III. **Parametry wymagane przez Zamawiającego:**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1	<p>Thermomixer wraz z termoblokiem wymiennym – urządzenie do mieszania i termostatowania próbek</p> <p><u>Opis:</u> Nastawny zakres temperatury min. od 1°C do 100°C Minimalny zakres termostatowania od 15°C poniżej temperatury pokojowej do 100°C Minimalny zakres nastawności szybkości mieszania 300 -3000 1/min Dokładność utrzymywania temperatury max. ±0,5°C między 20°C a 45°C; max. ±1°C poniżej 20°C i powyżej 45°C Prędkość ogrzewania około 6°C/min Prędkość schładzania min. 2,5 °C/min. między 99°C a temperaturą pokojową, oraz min. 0,5-0,8°C/min. między temperaturą pokojową a 15°C poniżej temperatury pokojowej Programowalny interwał czasowy minimalnie od 15 s do 99:30 godziny, nieskończenie Ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów nastawionych tak Możliwość zaprogramowania minimum 20 programów z regulacją temperatury oraz mieszania Minimum 5 programowalnych przycisków ułatwiających dostęp do najczęściej używanych programów Suw mieszania max. 3 mm Wymiary max. 20,6 x 30,4 x 13,1 cm Waga max. 6,2 kg Możliwość wyboru minimum 11 różnych bloków wymiennych Automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów Możliwość mieszania z przerwami Przycisk „ShortMix” do krótkiego mieszania Szybka i łatwa wymiana bloku przy pomocy dźwigni umieszczonej w przedniej części bloku Blok wymienny na min. 24x mikropróbówki 1,5ml; max. temperatura 100°C; Max. liczba obrotów/min. 2000. Gwarancja 24 miesiące Certyfikat CE Autoryzowany przez producenta, certyfikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny</p>	1 szt.

IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100%

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

- 1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz Oferty (wzór formularza stanowi załącznik nr 1).

VI. Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

1. Ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1, należy przesłać mailowo na adres: jowita.zielosko@us.edu.pl lub w formie pisemnej na adres: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, w terminie do dnia **20.03.2014 roku do godziny 10:00**

VII. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Na formularzu Oferty należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz kwotę podatku VAT.
2. Wartość oferty należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena zawiera wszystkie koszty, w szczególności cenę przedmiotu zamówienia oraz koszt jego dostarczenia i rozładunku. Miejsce dostawy: Uniwersytet Śląski, Katedra Mikrobiologii, ul. Jagiellońska 28, Katowice
4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznaje się ofertę z najniższą ceną.

VIII. Uwagi końcowe

1. Faktura VAT płatna przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej Faktury Vat.
2. Z Oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową, zgodną z wymaganiami Zamawiającego, zostanie podpisana Umowa w formie pisemnej.
3. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 3 tygodni od daty zawarcia Umowy.
4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Firmy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od dokonania zakupu bez podania przyczyn.
6. Do oferty należy dołączyć opis techniczny urządzenia wraz z podaniem jego typu, modelu i producenta.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych wyżej. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent, symbol, producenta lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego oraz winien przedstawić dokumentację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

1. Wzór formularza oferty