

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.:

DOSTAWA PRZYRZĄDÓW OPTYCZNYCH

.....

Nr sprawy: **85193/2016**

Rodzaj zamówienia: DOSTAWA

Zamawiający:

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

NIP: 634-019-71-34

REGON: 000001347

Strona internetowa: www.dzp.us.edu.pl

Osoba prowadząca sprawę:

Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki

Tadeusz Łabędzki Sekcja Dostaw

tel.: 32/359 22 43

fax: 32/359 20 37

e-mail: tadeusz.labedzki@us.edu.pl

1. Podstawa prawna.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie:

ART. 4 PKT 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o postanowienia § 27 ust. 5 pkt 3 **Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach**, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UŚ nr 11 z dnia 27 stycznia 2015 r.

http://dzp.us.edu.pl/sites/dzp.us.edu.pl/files/imce/przepisy_wewn/regulamin_udzielania_zamowien_publicznych.pdf

2. Przedmiot zamówienia.

a/ LUPA STOJĄCA Z PODŚWIETLENIEM LED szt.1

Opis przedmiotu zamówienia:

Lupa stojąca z podświetleniem LED wyposażona w 2 soczewki asferyczne 8D 100x75 mm i 6 D 100x50 mm o łącznym powiększeniu 4,4x. Podświetlona 12 diodami LED. Barwa światła 4500 K. Zasilanie bateryjne.

Wymagana deklaracja zgodności jako materiał medyczny według dyrektywy 93/42/EEC.

b/ ZESTAW LUP RĘCZNYCH 1 kpl.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zestaw 12 sztuk lup z zakresu 6 D - 56 D o średnicach: 56D fi: 35 (czynna optycznie 27mm), 48D fi: 35(czynna optycznie 27,5mm), 39D fi: 35mm, 28D fi: 35mm., 24D fi: 55(czynna optycznie 52,5mm), 20D fi: 55mm, 16D fi: 60mm, 12D fi 70mm., 10D 75x50, 8D 85mm, 8D 100x75; 6D fi 100mm). Zasilane bateriami alkalicznymi AAA. Wyposażone w podświetlenie LED dwustopniowe 75%-100% sterowe mikroprocesorem z możliwością regulacji natężenia światła. Barwa światła 4500 K. Lupy muszą mieć soczewki asferyczne oraz etui z mikrofibry.

Wymagana deklaracja zgodności jako materiał medyczny według dyrektywy 93/42/EEC.

c/ ZESTAW OKULARÓW LUPOWYCH PRYZMATYCZNYCH szt.1

Opis przedmiotu zamówienia:

Zestaw 9 szt. okularów lupowych pryzmatycznych z zakresu 3D - 14D (+3,00 D, +4,00 D, +5,00 D, +6,00 D, +7,00 D, +8,00 D, +10D, +12 D, +14 D). Pryzmatyczne okulary lupowe z parą soczewek o wysokiej addycji zaopatrzonych w poprawiające konwergencję pryzmaty w celu obuocznego powiększenia przy bliskiej odległości. Soczewki sferyczne wykonane z CR39. Oprawa czarna matowa, polimerowa w rozmiarze 43-25. Okulary muszą posiadać etui ochronne.

Wymagana deklaracja zgodności jako materiał medyczny według dyrektywy 93/42/EEC

d/ ZESTAW OKULARÓW LUPOWYCH (4x – 12x) szt.1

Opis przedmiotu zamówienia:

Zestaw 6 szt. okularów lupowych o powiększeniach od 4x - 12x. Okulary o mocach 4x, 5x, 6x, 8x, 10x, 12x wyposażone w soczewki asferyczne. Soczewki montowane obuocznie
Wymagana deklaracja zgodności jako materiał medyczny według dyrektywy 93/42/EEC.

e/ ZESTAW SYSTEMÓW APLANATYCZNYCH szt.1

Opis przedmiotu zamówienia:

Zestaw systemów aplanatycznych w pierścieniach o średnicach 32 mm do oprawy okulistycznej w zakresie wartości mocy od +12 D do + 36D (+12,0 D, +14,0D, +16D, +18D, +20D, +24,0 D, +28 D, +32,0 D, +36 D).

Wymagana deklaracja zgodności jako materiał medyczny według dyrektywy 93/42/EEC.

f/ ZESTAW GALILEUSZA Z NAKŁADKAMI 2,1x i 2,5x szt.1

Opis przedmiotu zamówienia:

Skład zestawu: nakładki powiększające 2,1x - 2szt., nakładki powiększające 2,5x - 2 szt. w adapterach do opraw próbnych; Soczewki nasadkowe bazowe 2szt +0,5D; 2 szt. +0,66D, 2 szt. +1,0D i po 1 szt. +1,5D; +2,0D; +3,0D, +4,0D, +5,0D, +6,0D; +8D. Dodatkowe soczewki umożliwiające montaż na soczewce bazowej tworzące układ aplanatyczny 1szt. +4,0D i +8,0D

Wymagana deklaracja zgodności jako materiał medyczny według dyrektywy 93/42/EEC.

g/ ZESTAW KEPLERA LORNETKOWY 3X9, 4X10, 4X12 szt. 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Monokulary w wersji do montażu w płytce montażowej o śr. 22mm.

Wymagana deklaracja zgodności jako materiał medyczny według dyrektywy 93/42/EEC.

h/ MONOKULAR 6x16 Z PRZYSTAWKĄ DO BLIŻY szt.1

Opis przedmiotu zamówienia:

Monokular 6x16, powiększenie 6x, pole widzenia 10 stopni, obiektyw 16mm, metalowy korpus, zakres ostrości do 25 cm.

Przystawka: średnica 20 mm, powiększenie 3x.

Wymagana deklaracja zgodności jako materiał medyczny według dyrektywy 93/42/EEC.

i/ MONOKULAR 8x20 Z KRÓTKĄ OGNISKOWĄ szt.1

Opis przedmiotu zamówienia:

Powiększenie 8x, pole widzenia 7 stopni, obiektyw 20mm, metalowy korpus, zakres ostrości do 25 cm.

Wymagana deklaracja zgodności jako materiał medyczny według dyrektywy 93/42/EEC.

j/ MONOKULAR 8x30 Z KRÓTKĄ OGNISKOWĄ szt.1

Opis przedmiotu zamówienia:

Powiększenie 8x, pole widzenia 8,5 stopni, obiektyw 30mm, metalowy korpus, zakres ostrości do 25 cm. Przystawka 30mm, powiększenie 3x.

Wymagana deklarację zgodności jako materiał medyczny według dyrektywy 93/42/EEC.

k/ ZESTAW FILTRÓW KRAWĘDZIOWYCH 400 nm – 585 nm W POSTACI FLIPERÓW szt.1

Opis przedmiotu zamówienia:

Zestaw filtrów kolorów w postaci flipperów. Zakres zestawu filtrów krawędziowych: 400 nm - 585 nm. Zestaw składa się z: 1) 400/585 nm, 2) C2/500 nm, 3) 450/511 nm, 4) 527/550 nm 5) POL-1/POL-3. POL-1 - zabarwienie 65 %, polaryzacja 99,9 %. POL-3 zabarwienie 85 %, polaryzacja 99,9 %.

Wymagana deklaracja zgodności jako materiał medyczny według dyrektywy 93/42/EEC.

Gwarancja min. : 18 miesięcy

Urządzenia fabrycznie nowe rok produkcji 2015/2016.

Termin dostawy: do 6 tygodni od daty podpisania umowy

Kryteria wyboru ofert: CENA - 100%

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych wyżej. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent, symbol, producenta lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego oraz winien przedstawić dokumentację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia lub stosownych załączników do ogłoszenia (w tym opisu przedmiotu zamówienia) przed upływem terminu składania ofert, o czym poinformuje Wykonawców ubiegających się o zamówienie, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie.

3. Warunki realizacji zamówienia.

1) Wymagany termin realizacji zamówienia:

do 6 tygodni od daty podpisania zamówienia/umowy.

2) Miejsce realizacji zamówienia:

Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Ciała Stałego
ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 CHORZÓW ,

3) Pozostałe warunki realizacji zamówienia:

Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu zamówienia w dni uznane u Zamawiającego za wolne od pracy oraz w dni powszednie poza godzinami 8:00 – 13:00

4) Warunki płatności:

Wartość oferty należy podać w polskich złotych.

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

Faktura VAT płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostawy urządzeń i otrzymania przez Zamawiającego

prawidłowo wystawionej Faktury VAT.

4. Opis kryteriów oceny ofert.

1) Kryterium – Cena.

Waga kryterium – 100%.

5. Opis sposobu przygotowania ofert.

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko: *jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.*
- 2) Ofertę należy przedstawić w języku polskim, w formie ELEKTRONICZNEJ.
- 3) Oferta powinna zawierać informacje na temat:
 - *cen jednostkowej i wartości netto*
 - *cen jednostkowej i wartości brutto*
 - *cen winny być podane w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;*
 - *cena winna zawierać wszelkie koszty związane ze sprzedażą oraz dostarczeniem przedmiotu zamówienia, a w szczególności cenę przedmiotu zamówienia, koszt jego dostarczenia do miejsca wskazanego w Zamówieniu, montażu, szkolenia, instrukcji obsługi, a także podatki, opłaty i inne należności związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.*
- 4) Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez Wykonawcę w toku postępowania winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo spisane pełnomocnictwa.
- 5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) – należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo lub umowę).
- 6) Oferta Wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).

6. Wykonawca prześle ofertę w formie elektronicznej na adres e-mail:

tadeusz.labeledzki@us.edu.pl

7. Termin składania i otwarcia ofert.

- 1) Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć na adres mailowy:
tadeusz.labedzki@us.edu.pl w terminie do dnia **01.07. 2016r. do godz. 14.00**
- 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **01.07. 2016 r. o godz. 15:00**

8. Opis sposobu obliczenia ceny.

- 1) Cena podana w ofercie powinna stanowić sumę kwot wszystkich elementów składających się na koszt realizacji przedmiotu zamówienia.
- 2) Cena powinna być podana do 2. miejsca po przecinku zgodnie z zasadami matematycznego zaokrąglania, tj. „5” na 3. miejscu po przecinku – zaokrąglenie w górę, a poniżej „5” – zaokrąglenie w dół.
- 3) Ocenie będzie podlegała cena oferty z podatkiem VAT w odpowiedniej wysokości.
- 4) Cena podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu i nie będzie podlegała waloryzacji podczas trwania umowy.
- 5) Cena winna być wyrażona w polskich złotych; w polskich złotych będą również prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
- 6) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarte zamówienie/ umowa w formie pisemnej.

9. UWAGI KOŃCOWE:

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
- 2) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty.
- 3) Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji (2015/2016 r.).