

Projekt „CHIP – Chemia i Praca –

Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna”

Katowice dn. 10.10. 2016 r.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Dział Zamówień Publicznych

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

Uczestniczącego w postępowaniu

DZP.381.106.2016.DW

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 209 000 € (**nr sprawy: DZP.381.106.2016.DW**), którego przedmiotem jest „**Dostawa urządzeń laboratoryjnych**”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ), *zwanej dalej upzp*, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1 dotyczy części A :**

**Czy zamawiający wyraża zgodę aby funkcję takie jak: możliwość pomiarów widma , badanie kinetyki i badanie ilościowe były wykonywane przy pomocy oprogramowania zainstalowanego na komputerze PC lub laptopie zamawiającego po podłączeniu urządzenia do komputera przy użyciu portu USB?**

*Odpowiedź:*

*Tak, zamawiający wyraża zgodę aby funkcję takie jak: możliwość pomiarów widma , badanie kinetyki i badanie ilościowe były wykonywane przy pomocy oprogramowania zainstalowanego na komputerze PC lub laptopie zamawiającego po podłączeniu urządzenia do komputera przy użyciu portu USB.*

**Pytanie 2 :**

**Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Część "A" - możliwości analizy DNA i białek? (Spektrofotometriy VIS nie są w stanie analizować białek ani DNA które wymagają pomiaru przy długości fali 260, 280 i 320 nm.)**

*Odpowiedź:*

*Tak, zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Część "A" - możliwości analizy DNA i białek.*

**W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 upzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ:**

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W treści SIWZ -załącznik nr 2A pn.: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część A” poprzez:

wykreślenie słów: *możliwości analizy DNA i białek*.

Jest: - możliwość pomiarów widma, analizę DNA i białek, badanie kinetyki i badania ilościowe

Zmienia się na: - możliwość pomiarów widma, badanie kinetyki i badania ilościowe

**POWYŻSZE ZMIANY I WYJAŚNIENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

*Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej*  
mgr Kalina Rożek

*Przewodniczący Komisji Przetargowej*  
mgr Małgorzata Wróblewska

---