
Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.:

dostawa: „Pompy turbomolekularne j – 1 szt.”

Nr sprawy: **101789 / 2017**

Rodzaj zamówienia: **DOSTAWA**

W związku z otrzymanymi pytaniami dot. specyfikacji technicznej urządzenia, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający dopuści pompę turbomolekularną firmy Edwards o porównywalnych parametrach ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pyt. 1.

Zamawiający dopuszcza pompę o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, z zastrzeżeniem iż musi ona być w pełni kompatybilna z polerką jonową GATAN model:691.

Zamawiający nie dopuszcza aby w ramach dostawy nowej pompy Wykonawca dokonywał jakichkolwiek przeróbek (zmian) przyłączy pompy z polerką jonową.

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

Z poważaniem
Agnieszka Szlesińska