

Projekt „CHIP – Chemia i Praca –

Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna”

Katowice dn. 10.10. 2016 r.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Dział Zamówień Publicznych

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

Uczestnicy postępowania

DZP.381.106.2016.DW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 209 000 € (**nr sprawy: DZP.381.106.2016.DW**), którego przedmiotem jest „**Dostawa urządzeń laboratoryjnych**”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), *zwanej dalej upzp*, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 :

Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę mieszadła magnetycznego z funkcją grzania, które posiada aluminiową płytę grzejną pokrytą warstwą ceramiczną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na mieszadło magnetyczne z funkcją grzania z płytą aluminiową pokrytą warstwą ceramiczną

Pytanie 2 :

Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę mieszadła magnetycznego z funkcją grzania z zewnętrznym czujnikiem temperatury PT100?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę mieszadła magnetycznego z funkcją grzania z czujnikiem PT 100

Pytanie 3 :

Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę mieszadła magnetycznego z funkcją grzania w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę w ciągu 4 tygodni od daty podpisania umowy.

Pytanie 4 :

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia z dotykowym kolorowym ekranem 4,3'' umożliwiającym wyświetlanie danych i sterującym parametrami urządzenia?

Odpowiedź:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie urządzenia z dotykowym kolorowym ekranem 4,3'' umożliwiającym wyświetlanie danych i sterującym parametrami urządzenia.

Pytanie 5 :

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia ze szczeliną 6nm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie urządzenia ze szczeliną 6nm.

Pytanie 6 :

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia ze źródłem światła którym jest lampa halogenowa?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie urządzenia ze źródłem światła którym jest lampa halogenowa.

Pytanie 7 :

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia bez czteropozycyjnego uchwytu na kuwety?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie urządzenia bez czteropozycyjnego uchwytu na kuwety.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej
mgr Kalina Rożek

Przewodniczący Komisji Przetargowej
mgr Małgorzata Wróblewska
