

Katowice dn. 10.10. 2017 r.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Dział Zamówień Publicznych

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

Uczestnicy postępowania

DZP.381.111.2017.DW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 209 000,00 € (**nr sprawy: DZP.381.111.2017.DW**), którego przedmiotem jest „**Dostawa urządzeń laboratoryjnych**”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1579),*zwanej dalej upzp*, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

dot. części A- cieplarka laboratoryjna

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści pojemność 112 litrów i temp. max 100°C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści pojemność 112 litrów jeżeli wielkość cieplarki znacznie nie przekracza wymiarów podanych w zapytaniu. Dopuszczalna temp. max 100°C

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zabezpieczenie 2.0?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia 2.0

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz inny niż dotykowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza tylko wyświetlacz dotykowy

Pytanie 4

Prosimy o informację, na które piętro należy dostarczyć cieplarkę i czy w budynku jest winda?

Odpowiedź:

Parter jest winda

Pytanie 5

Czy Zamawiający cieplarkę laboratoryjną o głębokości zewnętrznej wynoszącej 600 mm, spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza cieplarkę o głębokości 600 mm

WYJAŚNIENIA SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY

z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej
mgr Justyna Rutkowska-Zawada

Przewodniczący Komisji Przetargowej
mgr Małgorzata Wróblewska
