

Nr sprawy: W1/1000051935

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

---

**Dotyczy:**

*postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawa Zamówień Publicznych, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro*

---

*Do Zamawiającego wpłynęły zapytanie dotyczące w/w postępowania, na które Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi.*

**Pytanie:**

*Czy oscyloskop z kompatybilnym zewnętrznym ekranem powyżej 19" (cali) np. 24" spełnia wymagania Zamawiającego.*

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie dopuszcza oscyloskopu z kompatybilnym zewnętrznym ekranem. Ekran ma być integralną częścią oscyloskopu, jak we wszystkich stosowanych standardowych rozwiązaniach.*

*Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.*