



Katowice dn. 2.12.2019 r.

**Uczestnicy postępowania**

**DZP.381.118.2019.DWN**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w ramach procedury określonej przez Zamawiającego na podstawie przepisu **art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych** (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – dalej ustawą Pzp) którego przedmiotem jest „**Dostawa urządzeń laboratoryjnych: piec komorowy**”

W związku z otrzymanymi pytaniami do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

**Czy Zamawiający dopuści wymiary wewnętrzne: 150 x 150 x 150 mm?**

*Odpowiedź:*

*Zamawiający nie dopuści wnioskowanych wymiarów wewnętrznych.*

**Pytanie 2**

**Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne: 470 x 1020 x 630 mm?**

*Odpowiedź:*

*Zamawiający nie dopuści wnioskowanych wymiarów zewnętrznych.*

**Pytanie 3**

**Czy dopuszcza się kominek wylotowy w suficie?**

*Odpowiedź:*

*Nie dopuszcza się kominka wylotowego w suficie.*

**Pytanie 4**

**Czy Zamawiający dopuści obudowę bez wentylatorowego systemu chłodzenia?**

*Odpowiedź:*

*Zamawiający nie dopuści obudowy bez wentylatorowego systemu chłodzenia.*

**Pytanie 5**

**Czy dopuszcza się drzwi przesuwane w górę?**

*Odpowiedź:*

*Nie dopuszcza się drzwi przesuwanych w górę.*

**Pytanie 6**

**Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne: 730 x 1400 x 490 mm?**

*Odpowiedź:*

*Zamawiający nie dopuści wnioskowanych wymiarów zewnętrznych.*



**Pytanie 7**

**Czy dopuszcza się moc pieca 5,2 kW i zasilanie 3-fazowe?**

*Odpowiedź:*

*Nie dopuszcza się wnioskowanej mocy i zasilania pieca.*

**Pytanie 8**

**Czy dopuszcza się masę pieca 85 kg lub 150 kg?**

*Odpowiedź:*

*Nie dopuszcza się wnioskowanej masy pieca.*

**Pytanie 9**

**Czy gaz ochronny może być podawany ze ściany zamiast trzonu?**

*Odpowiedź:*

*Nie może być podawany.*

**POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

*mgr Kalina Rożek*

Przewodniczący Komisji Przetargowej

*mgr Małgorzata Wróblewska*