

Projekt „CHIP – Chemia i Praca –

Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna”

Katowice dn. 8.09. 2016 r.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Dział Zamówień Publicznych

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

Uczestnicy postępowania

DZP.381.93.2016.DW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 209 000 € (**nr sprawy: DZP.381.93.2016.DW**), którego przedmiotem jest „**Dostawa łaźni wodnej**”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), *zwanej dalej upzp*, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 :

Czy Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne łaźni (S x G x W) 330 x 180 x 300 mm i moc grzania 0,6 kW, przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne łaźni (S x G x W) 330 x 180 x 300 mm i moc grzania 0,6 kW, przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie 2 :

-Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną o stabilności temperatury +/-0,6⁰ C? Jeśli nie proszę o wyjaśnienia

- Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną o pojemności 4 l oraz wymiarach zewnętrznych 178 x 328 x 165 mm? Jeśli nie proszę o wyjaśnienia

- Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną o pojemności 4 l oraz wymiarach zewnętrznych 268 x 327 x 215 mm oraz mocy grzania 450W? Jeśli nie proszę o wyjaśnienia

-Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną o pojemności 5,7 l oraz wymiarach zewnętrznych 178 x 328 x 200 mm oraz mocy grzania 500W, spełniająca pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego ? Jeśli nie proszę o wyjaśnienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-Czy Zamawiający dopuści łaznię wodną o pojemności 5,5 l oraz wymiarach zewnętrznych 268 x 327 x 250 mm oraz mocy grzania 600W, spełniająca pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego ? Jeśli nie proszę o wyjaśnienia

Odpowiedź:

Spośród zaofertowanych łazni Zamawiający dopuszcza tylko te o pojemności 5 l lub więcej. Zamawiający dopuszcza łaznię wodną o stabilności temperatury +/- 0,6 st. C.

Pytanie 3 :

Czy Zamawiający dopuści łaznię wodną o wymiarach zewnętrznych

30.5 x 36.8 x 26.7 (Długość x Szerokość x Wysokość) jeśli nie proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łaznię wodną o wymiarach zewnętrznych

30.5 x 36.8 x 26.7 (Długość x Szerokość x Wysokość).

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej
mgr Damian Ludwikowski

Przewodniczący Komisji Przetargowej
mgr Małgorzata Wróblewska
