



Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
p.n.:

„Dostawa zestawu pipet wraz z statywem”

Nr sprawy: 159710/2023

Rodzaj zamówienia: DOSTAWA

W związku z otrzymanym pytaniem do treści Umowy, które wpłynęło do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytania Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający dopuści pipety z wskaźnikiem objętości wskazującym ustawioną objętość z prawej strony pipety w sposób horyzontalny?
2. Czy Zamawiający dopuści pipetę bez regulacji gęstości?
3. Czy Zamawiający dopuści pipetę, której producent posiada na terenie Polski autoryzowany serwis, zapewniający naprawę, kalibrację z adjustacją, ale bez wzorcowania PCA?
4. Czy Zamawiający dopuści pipety bez chipu RFID i sprężynowania stożka

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Zamawiający nie wyraża zgody.
3. Zamawiający nie wyraża zgody.
4. Zamawiający nie wyraża zgody.

Danuta Kałka
Realizator prowadzący Sprawę

POWYŻSZE ZMIANY SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY

