



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

Katowice dn. 1 lipiec 2015 r.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Dział Zamówień Publicznych

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

Uczestnicy postępowania

DZP.381.81.2015.DW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty 207 000 € (**nr sprawy: DZP.381.81.2015.DW**), którego przedmiotem jest „**Dostawa urządzeń laboratoryjnych**”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), *zwanej dalej upzp*, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 dotyczy części D :

Czy Zamawiający wymaga myjki z możliwością ustawiania temperatury ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga myjki z możliwością ustawiania temperatury.

Pytanie 2 dotyczy części D :

Czy Zamawiający dopuszcza myjkę o częstotliwości 38kHz, wym. Wanny 240x137x100 mm, o wymiarach zewnętrznych 300x179x214 mm, o masie 3,3 kg i spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

TAK-Zamawiający dopuszcza myjkę o podanych, przez pytającego, parametrach.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Wróblewska