



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

Katowice dn. 3 kwiecień 2015 r.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Dział Zamówień Publicznych

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

Uczestnicy postępowania

DZP.381.42.2015.DW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty 207 000 € (nr sprawy: **DZP.381.42.2015.DW**), którego przedmiotem jest „**Dostawa urządzeń laboratoryjnych**”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), *zwanej dalej upzp*, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 dotyczy części G :

Czy Zamawiający dopuszcza wirnik kątowy 8 x 15/10ml ?

Odpowiedź:

NIE - ze względu na bardzo dużą ilość badanych próbek, każde ograniczenie w ilości wydłuża czas analiz.

Pytanie 2 dotyczy części G :

Czy Zamawiający dopuszcza wirnik do probówek 15/10 ml, nie wymagający stosowania pojemników (śr. 17 x wys. 100/120mm)? Jeśli nie, to prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź:

NIE - większość odwirowań prowadzi się w pojemnikach 17x100

Pytanie 3 dotyczy części G :

Czy Zamawiający dopuszcza wirówki bez funkcji opóźnionego startu i bez wygaszania wyświetlacza ?

Odpowiedź:

funkcja opóźnienia - NIE, wygaszanie ekranu - TAK

Pytanie 4 dotyczy części G :

Czy Zamawiający dopuszcza zakres obrotów wirówki 500 - 15000 rpm?

Odpowiedź:

NIE - część preparatów szczególnie biologicznych wymaga 16.000-17.000 rpm.



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

Pytanie 5 dotyczy części G :

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch wirówek, z których każda będzie wyposażona w dwa wirniki o parametrach podanych w SIWZ ?

Odpowiedź:

TAK

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Wróblewska