

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
Uczestnicy postępowania nr RU/DW/48/10

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 193 000 € na:

DOSTAWĘ WAG LABORATORYJNYCH

Z dopuszczeniem możliwości składania ofert częściowych zgodnie z podziałem:

- a) w zakresie części A - waga precyzyjna 1 szt.,
- b) w zakresie części B - waga laboratoryjna 1 szt.,
- c) w zakresie części C - waga analityczna 1 szt.,
- d) w zakresie części D - waga precyzyjna 1 szt.,

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, jaki wpłynął do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie Wykonawcy:

W części D w opisie parametrów technicznych dla wagi precyzyjnej określono, iż zamawiający wymaga wagi opartej na przetworniku typu monoblok. Z naszej głębokiej wiedzy wynika, iż typ mechanizmu nie ma wpływu na parametry metrologiczne wagi, w związku z tym czy zamawiający dopuszcza wagę z mechanizmem typu kompakt?

1. Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza wagi z mechanizmem typu kompakt.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Starszy Referent

Łukasz Motyka

.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej