

Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
p.n.:

Dostawa systemu do analizy żeli

Nr sprawy: 154431/2022

Rodzaj zamówienia: DOSTAWA

W związku z otrzymanym pytaniem do treści Umowy, które wpłynęło do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający dopuści system wyposażony w jedno źródło światła UV - 302 nm lub 365 nm? Większość aplikacji, które wymagają użycia transilluminatora UV wymaga tylko jednej długości fali, dlatego w przypadku podtrzymania zapisu prosimy o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający wymaga 2 długości fali transilluminatora.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający wyraża zgodę

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ulega zmianie termin składania ofert wskazany w przedmiotowym Ogłoszeniu w pkt. 8 na dzień 10.10.2022 roku do godz. 9.30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.10.2022 roku o godz. 10.00.

Monika Szerżyna
Realizator prowadzący Sprawę