

## **Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia**

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych  
p.n.:

### **Dostawa systemu do analizy żeli**

Nr sprawy: 154431/2022

Rodzaj zamówienia: DOSTAWA

W związku z otrzymanymi pytaniami do treści Umowy, które wpłynęło do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

#### **Pytania Wykonawcy:**

##### **Dotyczy pkt. 9 OPZ:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na system, w którym transiluminator zainstalowany jest szufladowo (nie jest wyposażony w drzwi komory), z manualnym wyłącznikiem światła UV chroniącym przed przypadkową ekspozycją użytkownika na promieniowanie UV z dodatkową osłoną ochronną do wycinania prążków z żelu?

##### **Dotyczy Wzoru Umowy:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usuwanie wad ujawnionych w terminie gwarancji do 28 dni? (dotyczy §4 pkt.4)
2. Dotyczy §5 pkt. 3. Zwracamy się z prośbą o dodanie: „... Jeśli termin gwarancji wynosi minimum 2 lata, wtedy termin rękojmi może być równy terminowi gwarancji”.
3. Dotyczy §5 pkt. 4. Zwracamy się z prośbą o dodanie: „...Dopuszcza się też interwencję elektroniczną np. poprzez wymianę wiadomości e-mail.”
4. Dotyczy §5 pkt. 16. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie punktu.
5. Dotyczy §6 pkt. 6. Zwracamy się z prośbą o zmianę łącznego limitu kar umownych z 20% do 10% wynagrodzenia umownego brutto.

## **Odpowiedzi Zamawiającego:**

### **Dotyczy pkt. 9 OPZ**

1. Zamawiający wyraża zgodę

### **Dotyczy Wzoru Umowy:**

1. Zamawiający udzielił już odpowiedzi
2. Zamawiający wyraża zgodę
3. Zamawiający wyraża zgodę
4. Zamawiający udzielił już odpowiedzi
5. Zamawiający nie wyraża zgody. Zmiana łącznego limitu kar umownych 15% wynagrodzenia umownego brutto

*Monika Szerżyna*  
Realizator prowadzący Sprawę