

## Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych  
p.n.:

### Dostawa spektrofotometru mikroplitek

Nr sprawy: 163798/2023

Rodzaj zamówienia: DOSTAWA

W związku z otrzymanymi pytaniami do treści Umowy, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

#### Pytania Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby czytnik posiadał możliwość pomiaru absorbancji w pojedynczej kuwecie?
2. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z czytnikiem stacji komputerowej do jego obsługi (wraz z pakietem Office)?

#### Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Tak, Zamawiający wymaga, aby czytnik posiadał możliwość pomiaru absorbancji w pojedynczej kuwecie.
2. Nie, Zamawiający nie wymaga dostarczenia wraz z czytnikiem stacji komputerowej do jego obsługi (wraz z pakietem Office)

**Monika Szerżyna**  
Realizator prowadzący Sprawę

**POWYŻSZE ZMIANY SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY**