

Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
p.n.:

Dostawa spektrofotometru mikroplętek

Nr sprawy: 163798/2023

Rodzaj zamówienia: DOSTAWA

W związku z otrzymanymi pytaniami do treści Umowy, które wpłynęło do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytania Wykonawcy:

1. Proszę o informację czy pozostałe moduły opisane jako:

- wbudowana wytrząsarka do płytek z możliwością wyboru min. 2 parametrów: szybkości i kierunku wytrząsania, w trybie wytrząsania min. 2 tryby: linearne i orbitalne oraz

- wbudowany inkubator z kontrolą temperatury +5C (temperatura otoczenia) do 42C - podlegają rozbudowie w przyszłości, czy mają zostać dostarczone w chwili bieżącej dostawy urządzenia?

2. Proszę o podanie uzasadnienia z czego wynikają podane wymiary urządzenia pomiarowego nie większe jak: szerokość 43 cm, wysokość 26 cm, głębokość 46 cm i jaki mają wpływ na wyniki pomiarowe. Podane wymiary przez Zamawiającego wskazują na konkretny model urządzenia konkretnego producenta. Proszę o akceptację następujących wymiarów: 39,1 × 39,5 x 47 cm (szer. x wys. x gł.), które są niemal identyczne w wymaganiach.

3. Proszę o podanie uzasadnienia z czego wynika podana waga urządzenia pomiarowego nie większa jak 16kg i jaki mają wpływ na wyniki pomiarowe? Jest oczywiste że im większa waga tym bardziej stabilna ława optyczna oraz bardziej wiarygodny pomiar. Proszę o dopuszczenie urządzenia o wadze maks. 32 kg (po pełnym wyposażeniu we wszystkie wymagane moduły w przyszłości).

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Zamawiający wymaga, aby moduły dostarczyć w chwili bieżącej dostawy urządzenia.
2. Zamawiający informuje, że podano do określonej wielkości ze względu określoną ilość miejsca w laboratorium oraz wytrzymałość wagową blatów, nie ma to wpływu na wyniki pomiarowe.
3. Zamawiający informuje, że podano do określonej masy ze względu na określoną wytrzymałość wagową blatów, nie ma to wpływu na wyniki pomiarowe. Zamawiający dopuszcza tylko masę jaką podano w opisie.

Monika Szerżyna

Realizator prowadzący Sprawę

POWYŻSZE ZMIANY SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY