

Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
p.n.:

Dostawa mikrotomu rotacyjnego

Nr sprawy: 164809/2023

Rodzaj zamówienia: DOSTAWA

W związku z otrzymanymi pytaniami do treści Umowy, które wpłynęło do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytania Wykonawcy:

1. **Dotyczy:** Urządzenie winno być przystosowane do montażu uchwytu imadełkowego , co najmniej 50 x 55 mm.

Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie mikrotomu z możliwością zamontowania uchwytu imadełkowego 50 x 50 mm

2. **Dotyczy:** Urządzenie winno posiadać system orientacji przestrzennej preparatu w płaszczyźnie X i Y o kąt co najmniej 8°, ze wskazaniem położenia 0/0° oraz wskazaniemi zmian o co najmniej 2°

Pytanie: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania urządzenia o parametrze równoważnym – mikrotom z precyzyjną zmianą przestrzenną położenia głowicy z preparatem w osi X i Y o 8o ze wskazaniem położenia 0/0o. Wskazanie zmian położenia co 2o nie przynosi korzyści użytkowych – ułożenie próbki w głowicy nie odnosi się do wartości bezwzględnych odchylenia.

3. **Dotyczy:** Urządzenie winno posiadać możliwość cięcia w dwóch trybach – pełnego obrotu koła zamachowego i kołysania

Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie mikrotomu wyposażonego w możliwość pracy w systemie pełnego obrotu zapewniającego uzyskanie optymalnej jakości skrawka bez konieczności stosowania trybu kołysania.

4. **Dotyczy:** Urządzenie winno posiadać co najmniej wymienione zakresy grubości cięcia:

- od 1µm do 60µm w krokach:
- od 1 - 10 µm w krokach co 1,0µm;
- od 10 -20,0µm w krokach co 2,0µm;
- od 20,0-60,0µm w krokach co 5,0µm;

Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie mikrotomu o zakresie grubości cięcia od 0,5 μm do 60 μm z regulacją w krokach:

Od 0,5 μm do 2 μm co 0,5 μm

Od 2 μm do 10 μm co 1 μm

Od 10 μm do 60 μm co 2 μm

5. **Dotyczy:** Urządzenie winno posiadać funkcję retrakcji (w zakresie co najmniej 40 μm) z możliwością jej wyłączenia

Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie mikrotomu wyposażonego w funkcję retrakcji bez możliwości jej wyłączenia.

6. **Dotyczy:** Urządzenie winno posiadać maksymalny zakres cięcia co najmniej w zakresie: bez retrakcji – 69mm, z retrakcją – 62mm.

Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie mikrotomu z zakresem powierzchni cięcia 60 mm przy użyciu retrakcji bez możliwości jej wyłączenia, a co za tym idzie zmiany zakresu powierzchni cięcia. Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż retrakcja jest niezbędna do uzyskania dobrej jakości skrawka, zatem jej wyłączanie jest bezzasadne. Dodatkowo wartość zakresu powierzchni cięcia 60 mm jest optymalna przy pracy nawet z bardzo dużymi materiałami.

7. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia mikrotomu wraz z bazą i uchwytem na noże stalowe?
8. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia mikrotomu z uchwytem na kasetki oraz dodatkowym uchwytem imadełkowym??
9. Punkt 4 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zamontowaną przeciwwagą w kole napędowym celem równoważenia zacisku z preparatem oraz siły odśrodkowej powstającej w czasie cięcia, zapewniające lekkie działanie koła napędowego, jest to parametr lepszy od opisanego w SIWZ, ponieważ w przypadku ewentualnego doposażenia mikrotomu w system chłodzenia na głowicy pozwala to na kompensowanie siły odśrodkowej względem faktycznego ciężaru obecnie zamontowanego uchwyty. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.
10. Punkt 9 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z system orientacji przestrzennej preparatu w płaszczyźnie X i Y o kąt 8°, ze wskazaniem położenia 0/0° wraz z możliwością obrotu preparatu o 360°.
11. Punkt 11 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością cięcia w dwu trybach: cięcia precyzyjnego i trymowania.

- 12.** Punkt 12 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością ustawienia zakresu cięcia w zakresie 0,5 - 60µm w krokach:
0,5 – 2 µm co 0,5 µm
2 – 10 µm co 1 µm
10 – 20 µm co 2 µm
20 – 60 µm co 5 µm.
- 13.** Punkt 13 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością ustawiania grubości cięcia skrawków poprzez obrócenie pokrętki regulacyjnego umieszczonego z lewej i prawej strony mikrotomu, z możliwością odczytania ustawionej grubości na wskaźniku umieszczonym w obudowie mikrotomu.
- 14.** Punkt 18 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z maksymalnym zakresem cięcia wynoszącym 64 mm.
- 15.** Punkt 22 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z osobnym urządzeniem do usuwania zużytych ostrzy.
- 16.** Punkt 24 Ze względu na specyfikę konstrukcji uchwytu na noże zależną od konstrukcji mikrotomu prosimy o dopuszczenie uchwytu z regulacją w zakresie 4 - 16°.
- 17.** Punkt 25 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z jednym systemem blokowania koła zamachowego z ergonomicznie umieszczoną dźwignią pod kołem umożliwiającym zatrzymanie głowicy w dowolnym punkcie.

Dotyczy Wzoru Umowy:

- 18.** Prosimy o modyfikację zapisów § 6 ust. 1-6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
- 19.** W związku z tym, iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie do projektu umowy § 6 ust

7, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% wartości netto umowy, o której mowa w §3 ust. 1.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 353¹ KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

20. Zamawiający w projekcie umowy (§ 6 ust 2 pkt 3), pisze: *Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:*

- 1) *z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% wartości umowy, o której mowa w §3 ust. 1*

Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie przez Zamawiającego, będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, które byłyby należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 353¹ k.c. granice swobody umów. Wysokość kar umownych winna pozostawać w korelacji ze szkodą, co zgodne jest z naturą odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 353¹ w zw. Z art. 361 § 1 i 2 w zw. Z art. 483 § 1 KC), a nie prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się jednej strony umowy.

Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości, zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco wygórowanych dokonując złagodzenia ich rangi do 10% netto wartości umowy?

21. W związku z obecnie (od 18.04.2019 r.) obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), zwracamy się z prośbą o wskazanie w umowie w § 3 ust. 2 adresu e-mail, na który Wykonawca może przestać fakturę w formie elektronicznej.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający nie wyraża zgody
2. Zamawiający nie wyraża zgody
3. Zamawiający nie wyraża zgody
4. Zamawiający wyraża zgodę
5. Zamawiający wyraża zgodę
6. Zamawiający nie wyraża zgody
7. Nie, zamawiający nie wymaga dostarczenia bazy i uchwytu na noże stalowe. Jednak urządzenie musi być przystosowane do ich ewentualnego późniejszego montażu.
8. Urządzenie ma być gotowe do pracy, i posiadać przynajmniej uchwyt na kasetki oraz uchwyt na żyłki jednorazowe. Natomiast urządzenie musi być przystosowane do późniejszego montażu uchwytu imadełkowego.
9. Nie planujemy doposażenia w system chłodzenia na głowicy. Z racji doświadczenia w pracy nad drewnem krzewinek system opisany w SIWZ jest najbardziej optymalny.
10. Zamawiający wyraża zgodę
11. Jest to zgodne z SIWZ.
12. Zamawiający wyraża zgodę
13. Zamawiający wyraża zgodę
14. Zamawiający nie wyraża zgody
15. Zamawiający nie wyraża zgody
16. Zamawiający wyraża zgodę
17. Urządzenie będzie wykorzystywane zarówno przez pracowników, jak i studentów, wobec tego konieczny jest podwójny system blokowania z uwagi na konieczność zapewnienia maksymalnej ochrony

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dział Zarządzania Dostawami
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice



Dotyczy Wzoru Umowy:

- 18. Zamawiający nie wyraża zgody
- 19. Zamawiający nie wyraża zgody
- 20. Zamawiający nie wyraża zgody
- 21. Zamawiający wyraża zgodę

Monika Szerżyna
Realizator prowadzący Sprawę

POWYŻSZE ZMIANY SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dział Zarządzania Dostawami
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

www.us.edu.pl

