

Katowice, dn. 2 sierpnia 2013r.

**UNIWERSYTET ŚLĄSKI**

**Dział Zamówień Publicznych**

**ul. Bankowa 12**

**40-007 Katowice**

**Uczestnicy postępowania**

**nr DZP.381.92.2013.DW**

---

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 200 000,00 € (nr sprawy: DZP.381.92.2013.DW), którego przedmiotem jest „Dostawa mikroskopu i kamery mikroskopowej”**

---

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), w związku z otrzymanym pytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakie wpłynęło do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

#### **Pytania**

**Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ)-część A-mikroskop laboratoryjny biologiczny:**

1. W opisie przedmiotu zamówienia znajduje się stolik mechaniczny o wymiarach 120x132 mm oraz przesuwie 76x30 mm. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mikroskopu ze stolikiem mechanicznym o wymiarach 150x140 mm oraz przesuwie 76x50 mm?

Oferowany przez nas stolik ma większy rozmiar oraz większy zakres przesuwu dzięki czemu możliwa jest obserwacja większych obszarów preparatu.

2. W opisie przedmiotu zamówienia znajduje się nasadka oczna z regulacją dioptrii w zakresie - 5 +5 w lewym tubusie. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mikroskopu z nasadką oczną posiadającą regulację dioptryjną w obu okularach w zakresie -5 +5 dioptrii?

Oferowane przez nas rozwiązanie jest bardziej ergonomiczne oraz daje możliwość osiągnięcia wypadkowej różnicy dioptrii między oczyma w powiększonym zakresie -10 +10 dioptrii.

3. W opisie przedmiotu zamówienia znajduje się nasadka oczna z regulacją rozstawu okularów w zakresie 48-75 mm. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nasadki ocznej z regulacją rozstawu okularów w zakresie 50-75mm?

Oferowane przez nas rozwiązanie obejmuje rozstaw okularów odpowiadający zakresowi rozstawu oczu dorosłego człowieka. Jest to rozwiązanie równoważne w stosunku do tego wyspecyfikowanego w opisie przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

**Ad. 1**

Tak Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mikroskopu ze stolikiem mechanicznym o wymiarach 150x140 mm oraz przesuwie 76x50 mm.

**Ad. 2**

Tak Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mikroskopu z nasadką oczną posiadającą regulację dioptryjną w obu okularach w zakresie -5 +5 dioptrii.

**Ad. 3**

Tak Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nasadki ocznej z regulacją rozstawu okularów w zakresie 50-75mm.

**POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

*Małgorzata Wróblewska*