

Nr sprawy: W1/1000052124

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy:

postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawa Zamówień Publicznych, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania, na które Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi.

Pytanie:

Czy dopuszczają Państwo termostat cyrkulacyjny o zakresie temperatury roboczej -25 do + 150 st. C, pojemności 4,5 litra, ciśnieniu pompy 0,3 bara, o wydajności pompy obiegu zewnętrznego 14 litrów/minutę i spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza termostat o parametrach podanych w zapytaniu.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.