

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SIWZ  
Uczestnicy postępowania nr RU/DW/08/10**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 € na:**

**DOSTAWĘ URZĄDZEŃ DOZUJĄCYCH I POMP CIŚNIENIOWYCH**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z pytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie Wykonawcy:**

W części A Specyfikacji wymieniona jest pompka perystaltyczna IPC-04 (lub podobna). W podanych w załączniku nr 2 wymaganych parametrach pompki nie określono zakresu wydajności pompki. Tymczasem, pompka ta jest produkowana w dwóch odmianach, różniących się zakresem obrotów rotora, co skutkuje innym zakresem wydajności:

- 1) zakres obrotów 0,4-45 obr/min, co daje zakres wydajności 0,002 – 44 ml/min; model IPC-04
- 2) zakres obrotów 0,11 – 11,25 obr/min., co daje zakres wydajności 0,0004 – 11 ml/min; model IPC-N-04.

Jaki jest wymagany przez zamawiającego zakres wydajności pompki?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wymagany przez Zamawiającego zakres wydajności pompki wynosi **0,002-44 ml/ min.**

**Starszy Referent  
Łukasz Motyka**

.....