

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Część B

nr indeksu: 130803

Homogenizator – 1 szt.

Homogenizator z wyposażeniem

1. Homogenizator ręczny dla średnich objętości - zakres objętości próbek nie mniejszy niż 0,3 ml – 2000 ml (zależnie od lepkości próbki i rodzaju końcówki)

Urządzenie winno posiadać wyświetlacz obrotów

Urządzenie przeznaczone do pracy okresowej

Silnik o mocy minimum 1050 W

elektronicznie stabilizowana kontrola prędkości dla głowic homogenizujących o fi max. 20 mm,

Zakres obrotów nie mniejszy niż: 4.000 - 33.000 rpm,

Zasilanie 230V, 50/60 Hz ($\pm 5\%$)

Głośność nie większa niż 80 dB

Waga urządzenia 2,2 kg ($\pm 0,3$ kg)

Wymiary: średnica 7 cm (± 1 cm), długość 29 cm (± 3 cm)

Urządzenie winno posiadać zabezpieczenie przed przegrzaniem

Urządzenie winno posiadać zabezpieczeniem przed przeciążeniem

Urządzenie winno posiadać certyfikat CE

2. Głowica homogenizująca do objętości co najmniej 2-50 ml Typ N - do roztworów o niskiej lepkości

3. Stojak z podstawą do mieszadeł R14 - R 80D-PC,

wymiary platformy: 330x200 mm ($\pm 5\%$)

średnica pręta: 16 mm ($\pm 5\%$)

długość: 690 mm ($\pm 5\%$)

4. Zacisk krzyżowy do stojaka i wszystkich produktów z kołnierzem $\varnothing 12$ ($\pm 2\%$), „ciężki”, stal nierdzewna

5. Klucz do gniazda - 1 szt.

6. Klucz do rotora - 1 szt.