

Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy postępowania nr DZP.381.159.2012.DW pn.:
„DOSTAWA KOMORY TEMPERATUROWEJ”

1. Komora termostatuująca, np. VT 7011 firmy Vötsch (lub równoważna)
2. Podstawowe parametry:
Wymiary wewnętrzne komory: szer. x głęb. x wys.: nie mniej niż 560x350x630 mm
3. Pojemność komory: nie mniej niż 110 l
4. Zakres temperatur: co najmniej -70°C do +180°C
5. Stabilizacja temperatury:
w czasie (centrum komory) nie gorsza niż $\pm 0,2$ K do $\pm 0,5$ K
w przestrzeni (względem ustawienia) nie gorsza niż $\pm 0,5$ K do $\pm 1,5$ K
6. Zmiana temperatury: 3,5 K/min grzanie, 3,2 K/min chłodzenie
7. Sterowanie: Panel dotykowy LCD 8"
8. Komunikacja:
port Ethernet do sterowania i monitorowania przez internet/intranet
port USB do zgrywania danych na pamięć zewnętrzną
9. Wyposażenie:
Port $\varnothing 80$ mm z silikonową zatyczką