

Nowa jakość edukacji - bezpieczeństwo wewnętrzne – NOJAK
Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

Załącznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.38.2016.DW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„DOSTAWA DEFIBRYLATORA”

LP.	PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU
DEFIBRYLATOR - szt.1		DEFIBRYLATOR - szt.1
1.	Funkcjonalność:	Funkcjonalność:
1)	Urządzenie powinno umożliwiać przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń AED	
2)	Urządzenie powinno wyglądać i zachowywać się dokładnie tak samo, jak prawdziwe AED, ale nie dostarczać energii podczas stymulowanego wstrząsu	
3)	Oprogramowanie powinno zawierać min.10 scenariuszy szkoleniowych	
4)	Scenariusze symulowane podczas szkoleń powinny być zgodne z aktualnymi wytycznymi obowiązującymi w medycynie ratunkowej	
5)	Urządzenie powinno mieć możliwość sterowania bezprzewodowego	
2.	Kompletny zestaw powinien zawierać:	Oferowany zestaw zawiera:
1)	Defibrylator z baterią treningową wielokrotnego ładowania	
2)	Komplet elektrod treningowych	
3)	Ładowarkę do baterii treningowych	
4)	Pilota do zdalnego sterowania urządzeniem /pilot powinien pozwalać sterować czterema urządzeniami treningowymi jednocześnie	
3.	certyfikat zgodności/lub deklaracja zgodności/oznakowanie CE	

.....
Data i podpis
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy