

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Urządzenie oferowane przez Wykonawcę
	<b>Zestaw do rejestracji temperatury wody – 1 zestaw</b>	<b>Zestaw do rejestracji temperatury wody – 1 zestaw</b>
<b>1</b>	<b>Głębinowy rejestrator temperatury wody - 10 szt.</b>	
	-wodoodporny do 300m zanurzenia,	
	-optyczna sygnalizacja rejestracji,	
	-obudowa z otworem do mocowania,	
	-zakres pomiarowy -20....+30.st.C w wodzie i -20...+70 st.C w powietrzu,	
	-dryft: 0.1°C na rok,	
	-rozdzielczość 0,02 st.C przy 25 st.C,	
	-dokładność $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ w zakresie 0 ... +50°C,	
	-czas reakcji: 5 minut w wodzie, 12 minut w powietrzu 2m/sek,	
	-pamięć: 42 K, ok. 42000 zapisów,	
	-bateria litowa 3V, niewymienialna,	
	-materiał obudowy: żywica epoksydowa,	
	-wymiary: 3.0x4.1x1.7 cm ( $\pm 5\%$ )	
	-waga: 23 g ( $\pm 5\%$ )	
2	oprogramowanie do obsługi rejestratorów oraz analizy zebranych wyników - 1 szt.	
3	interfejs optyczny do oprogramowania rejestratorów i odczytywania danych - 1 szt.	
4	zapasowy uchwyt do podłączania rejestratorów do interfejsu – 1 szt.	