

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

## „Dostawa inkubatora z wytrząsaniem”

Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
<p align="center"><b>Inkubator z wytrząsaniem – 1 szt.</b> (nr indeksu: 104693)</p>	
<p>Zakres regulacji temperatury: od +5°C do +80°C.,  Zakres kontroli temperatury: od +5°C powyżej temp. otoczenia do +80°C.  Rozdzielczość nastawiania: od 0,1 C/1 obr/min.- do 0,1°C/10 obr./min.  Stabilność temperatury: <math>\pm 0,5^{\circ}\text{C}</math>.  Zakres prędkości wytrząsania: 50 - 250 obr./min.  Średnica ruchu: 20 – 22 mm.  Wyświetlacz LCD.  Timer: 1 min – 96 godz./non-stop.  Wymiary: Szerokość: 450mm – 590 mm, Długość: 500 mm-700mm , Wysokość : 400mm – 550 mm  Inkubator z wytrząsaniem wyposażony w : Platforma uniwersalna z możliwością zamontowania uchwytów na kolby o pojemności od 100 do 1000 ml.</p>	