

Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa palników laboratoryjnych”

nr indeksu	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
123240	Palnik laboratoryjny – 10 szt.	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palnik laboratoryjny przeznaczony do podgrzewania i wyżarzania substancji. 2. Do podstawki z wytłoczonej blachy powinien być przymocowany mieszalnik z króćcem. 3. W dolnej części mieszalnika powinna być wmontowana difagrama (przepona), która obraca się i reguluje zasysanie powietrza. 4. Paliwo: gaz ziemny 5. Ciśnienie: 15-23 kPa 6. Wydajność: 0,130 Nm³/h (±5%) 7. Wydajność cieplna: 1300 W (±5%) 8. Waga: 450 g (±5%) 	