

Opis przedmiotu zamówienia:
„Dostawa homogenizatora ręcznego”

nr indeksu	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
128206	Homogenizator ręczny – 1 szt.	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przetwarzanie próbek laboratoryjnych: 200 µl do 100 ml; 2. Prędkość: od 5000 do 35 000 obr./min; 3. Wysokość (metryczne): 16,5 cm; zakres: 15-23 cm 4. Średnica: 5.1 cm; zakres: 5-6,5 cm 5. Silnik o mocy min. 150 W, 6. Praca poniżej 72db 7. Certyfikaty: CE 8. Zastosowanie: homogenizacja tkanek, rozrywanie tkanek, ekstrakcja białek, ekstrakcja RNA, ekstrakcja DNA, ekstrakcja metabolitów, emulgacja, proteomika, PCR, ekstrakcja enzymów, mieszanie, zawiesina proszku, genomika, metabolomika. 9. Sonda do homogenizatora 10x115mm (±5%) ze stali nierdzewnej – 1 szt. 10. Statyw do homogenizatora – 1 szt. 	