

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Katowice, dn. 09.06.2016 r.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

tel. (032) 359 13-81, fax. (0-32) 359 20 48

Strona | 1

**UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA NR DZP.381.51.2016.DWN**

**WYJAŚNIENIE DO TREŚCI OGŁOSZENIA**

---

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w ramach procedury określonej przez Zamawiającego na podstawie przepisu **art. 4 pkt 8a ustawy - Prawo zamówień publicznych**, pn. „**Dostawa urządzeń laboratoryjnych**” (nr postępowania **DZP.381.51.2016.DWN**)

---

Ponieważ do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Dotyczy części B – Ultramikrotom z wyposażeniem**

**Pytanie:**

Czy dopuszczają Państwo ultramikrotom o parametrach które różnią się od specyfikowanych, czyli:

1. Grubość cięcia: 0nm-5um
2. Ustawienie noża w kierunku N-S automatyczne precyzyjne (nie manualne jak w specyfikacji), W-E manualne
3. Prędkość cięcia: 0,2-90mm/s
4. Brak licznika ilości skrojonych sekcji i grubości
5. Mikroskop z powiększeniem 10-48x, bez kontroli ruchu eucentrycznego
6. Brak podłokietników

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ultramikrotomu o parametrach określonych w pkt 2 i 3 powyżej, tj.:

- ustawienie noża w kierunku N-S automatyczne precyzyjne (nie manualne jak w specyfikacji), W-E manualne,
- prędkość cięcia: 0,2-90mm/s,

spełniającego pozostałe wymagania Zamawiającego, określone w załączniku nr 2 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia o parametrach określonych w pkt 1, 4, 5, 6 powyżej.

Członek Komisji Przetargowej:

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

*mgr inż. Artur Baran*

*mgr Ewa Słowik*