



UNIwersytet ŚLĄSKI W KATOWICACH

Katowice, dnia 19.11.2019r.

ul. Bankowa 12,
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Strona | 1

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.381.101.2019.DW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ – ZMIANA TREŚCI SIWZ –ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr DZP.381.101.2019.DW o wartości zamówienia poniżej kwoty 221.000 € p.n.:
„Dostawa urządzeń laboratoryjnych: komora rękawicowa i zestaw pieców oraz młyn wysokoenergetyczny”

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa (2) dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej także: SIWZ), bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy pompa próżniowa olejowa dwustopniowa o wydajności 17m³/godz. do obsługi śluz, ciśnienie końcowe: 5x10 (-4) mbar będzie wystarczająca dla Zamawiającego? Obsługa śluz o wymiarach podanych w opisie przy pompie o wydajności i 17m³/godz. jest szybka i efektywna. Bardziej wydajna pompa znacznie podniesie koszt całego zestawu przy niezauważalnym w czasie dla operatora procesie obsługi śluz.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pompy o wydajności co najmniej 21m³/godz.

Pytanie 2:

Czy zapis pkt 15. "Sposób przepłukiwania - automatyczny" dot. automatycznej obsługi dużej śluzy czy dot. automatycznego przepłukiwania komory rękawicowej w przypadku np: nagłego zapowietrzenia ?

Odpowiedź:

Dotyczy automatycznego przepłukiwania komory.



Pytanie 3:

Czy panel frontowy może być wykonany z leksanu (poliwęglanu)?

Odpowiedź:

Panel frontowy winien być szklany.

Strona | 2

W związku z czasem potrzebnym na udzielenie odpowiedzi na pytanie, na które Zamawiający nie udzielił wyjaśnień w przedmiotowym piśmie, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający zmienia treść SIWZ:

Rozdział IX ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 69, III p., w terminie **do 25.11.2019r. do godz. 11:30.**

Rozdział X ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.11.2019r.** o godz. **12:00** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice pok. nr 61, III p.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego komisji przetargowej:

mgr inż. Artur Baran

Przewodniczący komisji przetargowej:

mgr Aneta Szturc-Krawczyk